

คุณลักษณะเฉพาะ

แผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างเตียงในกรณีที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เอง

๒. ลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นแผ่นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

๒.๒ มีช่องเจาะสำหรับใช้จับแผ่นทั้ง ๒ ด้าน

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ตัวแผ่นมีขนาดกว้าง×ยาว ไม่น้อยกว่า ๖๐×๑๕๐ เซนติเมตร

๓.๒ โครงสร้างทำจากพลาสติกสังเคราะห์ มีน้ำหนักเบาและความทนทานสูง

๓.๓ วัสดุทนต่อความร้อนไม่หักเปราะ

๓.๔ พื้นผิวของวัสดุเกิดรอยขีดข่วนได้ยาก

๓.๕ พื้นผิวด้านบนมีความเรียบลื่น ด้านล่างมีความหยาบเพื่อการยึดเกาะกับเตียงคนไข้

๓.๖ เช็ดหรือล้างทำความสะอาดได้ง่าย

๓.๗ ไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตและ X-Ray ผ่านได้

๓.๘ รับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กิโลกรัม


๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

-

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒ และ ๓

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี



พ.ต.อ.

พ.ต.อ.หญิง.....ประธานกรรมการ พ.ต.ท.....กรรมการ ร.ต.อ.หญิง.....กรรมการ


(กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล)

(สุพจน์ พุ่มพฤษย์)

(อรอนงค์ อุทัย)

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า ๒ ปี



พ.ต.อ.หญิง..... ๓๐๖๖๖.....ประธานกรรมการ

(กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล)

นายแพทย์ (สบ๕) ทน.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พ.ต.ท..... ๓๐๖๖๖.....กรรมการ

(สุพจน์ พุ่มพฤษย์)

นักรายภาพบำบัด (สบ๓) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ร.ต.อ.หญิง..... ๓๐๖๖๖.....กรรมการ

(อรอนงค์ อุทัย)

นักรายภาพบำบัด(สบ๑) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รพ.ตร.

ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่เสนอในคราวประชุม

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๗

เห็นชอบ

พ.ต.อ.หญิง..... ๓๐๖๖๖.....

(กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล)

นายแพทย์(สบ๕) ทน.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พ.ต.อ.

(สุริยะ อยู่เย็น)

รอง ผบก.ฯ ปรท. ผบก.อก.รพ.ตร. /

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ