

คุณลักษณะเฉพาะ
ชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับทำผ่าตัดพื้นฐานทางสูติรีเวชกรรม

๒. ลักษณะทั่วไป

ประกอบด้วย

๒.๑ ชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน

จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ กล่องบรรจุเครื่องมือ

จำนวน ๑ กล่อง

(1. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน ประกอบด้วย

๓.๑.๑ ด้ามมีดเบอร์ ๔

จำนวน ๒ อัน

๓.๑.๒ กรรไกรตัดเนื้อชนิด MAYO ปลายโค้ง ความยาว ๖ ๓/๔ นิ้ว

จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๓ กรรไกรตัดเนื้อชนิด METZENBAUM-NELSON แบบป้าน/ป้าน ปลายโค้ง ความยาว ๘ นิ้ว

จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๔ กรรไกรตัดเนื้อชนิด MAYO ปลายตรง ความยาว ๖ ๓/๔ นิ้ว

จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๕ กรรไกรตัดไหมชนิด STANDARD แบบป้าน/ป้าน ปลายตรง ความยาว ๕ ๓/๔ นิ้ว

จำนวน ๒ อัน

๓.๑.๖ ปากคีบเนื้อเยื่อแบบมีเขี้ยว ความยาว ๕ ๓/๔ นิ้ว

จำนวน ๒ อัน

๓.๑.๗ ปากคีบเนื้อเยื่อแบบไม่มีเขี้ยว ความยาว ๕ ๓/๔ นิ้ว

จำนวน ๒ อัน

๓.๑.๘ ปากคีบเนื้อเยื่อแบบมีเขี้ยว ความยาว ๘ ๓/๔ นิ้ว

จำนวน ๒ อัน

๓.๑.๙ ปากคีบเนื้อเยื่อแบบไม่มีเขี้ยว ความยาว ๑๐ นิ้ว

จำนวน ๒ อัน

๓.๑.๑๐ คีมจับหนีบเส้นเลือดชนิด CRILE ปลายตรง ความยาว ๕ ๑/๒ นิ้ว


จำนวน ๔ อัน

๓.๑.๑๑ คีมจับหนีบเส้นเลือดชนิด CRILE ปลายโค้ง ความยาว ๕ ๑/๒ นิ้ว

จำนวน ๑๐ อัน

๓.๑.๑๒ คีมจับเนื้อเยื่อแบบมีเขี้ยว ๕x๖ ชนิด ALLIS ความยาว ๖ นิ้ว

จำนวน ๔ อัน



พ.ต.อ.หญิง..... (กรทอง การพานิช) ประธาน พ.ต.ท.หญิง..... (จิราภรณ์ พันภัย) กรรมการ พ.ต.ท.หญิง..... (สุนทรี พรศิริรัตน์) กรรมการ

๓.๑.๑๓	คีมจับล่ำไส้ชนิด BABCOCK ความยาว ๒ ๑/๔ นิ้ว	จำนวน	๒ อัน
๓.๑.๑๔	คีมจับเนื้อเยื่อชนิด HERRICK แบบปลายหักงอ ๒ ตำแหน่ง ความยาว ๙ นิ้ว	จำนวน	๑ อัน
๓.๑.๑๕	คีมจับเข็มเย็บแผลชนิด HEGAR แบบปลายปากหนา (Heavy Pattern) ความยาว ๘ นิ้ว	จำนวน	๒ อัน
๓.๑.๑๖	คีมจับเข็มเย็บแผลชนิด CRILE-WOOD ความยาว ๒ นิ้ว	จำนวน	๑ อัน
๓.๑.๑๗	คีมหนีบผ้าแบบปลายหักงอชนิด BACKHAUS ความยาว ๕ นิ้ว	จำนวน	๕ อัน
๓.๑.๑๘	คีมจับผ้าก๊อซและสำลีชนิด FOERSTER ปลายตรง ความยาว ๙ ๓/๔ นิ้ว	จำนวน	๕ อัน
๓.๑.๑๙	ที่ถ่างแผลชนิด PARKER ความยาว ๗ นิ้ว	จำนวน	๑ อัน
๓.๑.๒๐	ที่ถ่างแผลชนิด RICHARDSON-EASTMANN ใบถ่างขนาดเล็ก	จำนวน	๑ อัน
๓.๑.๒๑	ที่ถ่างแผลชนิด RICHARDSON-EASTMANN ใบถ่างขนาดใหญ่	จำนวน	๑ อัน
๓.๑.๒๒	ถ้วยไอโอดีน ๒ ออนซ์	จำนวน	๑ ใบ
๓.๑.๒๓	ถ้วยไอโอดีน ๒ ออนซ์	จำนวน	๑ ใบ
๓.๑.๒๔	หัวดูดของเหลวชนิด YANKAUER ปลายหักมุม ความยาว ๑๐ ๓/๔ นิ้ว	จำนวน	๑ อัน
๓.๑.๒๕	ปากคีบเนื้อเยื่อแบบมีเขี้ยวชนิด ADSON ความยาว ๔ ๓/๔ นิ้ว	จำนวน	๑ อัน
๓.๑.๒๖	คีมจับเข็มเย็บแผลชนิด MAYO-HEGAR ความยาว ๒ ๑/๔ นิ้ว	จำนวน	๑ อัน
๓.๑.๒๗	ที่ปิดถ่างเนื้อเยื่อ ขนาด ๔๐ มม. ความยาว ๑๓ นิ้ว	จำนวน	๑ อัน
๓.๑.๒๘	ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม (stainless steel)		
๓.๑.๒๙	สามารถฆ่าเชื้อโรคได้โดยวิธีหนึ่ง อบแก๊ส หรือแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรค		
๓.๒	กล่องบรรจุเครื่องมือ	จำนวน	๑ กล่อง
๓.๒.๑	ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม (Stainless Steel)		
๓.๒.๒	ด้านบนของฝาและด้านล่างของกล่อง มีรูระบายอากาศเรียงตัวเป็นแนวตรง		
๓.๒.๓	ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๔๖๐ มม. กว้างไม่น้อยกว่า ๓๓๐ มม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๒๐ มม.		
๓.๒.๔	มีฝาปิดแยกออกจากกันได้ และมีที่ล็อกแน่นด้านข้างของตัวกล่อง		
๓.๓	ได้รับการรับรองมาตรฐาน EC Certificate และ EN ISO ๑๓๔๘๕		



พ.ต.อ.หญิง.....ประธาน พ.ต.ท.หญิง.....กรรมการ พ.ต.ท.หญิง.....กรรมการ
 (กรทอง การพานิช) (จิราภรณ์ พันภัย) (สุนทรี พรศิริรัตน์)

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

๔.๑ สเปร์ยสำหรับหล่อลื่นเครื่องมือ ชนิดทนความร้อนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียส

จำนวน ๑ กระป๋อง

๔.๒ แผ่น Paper Label

จำนวน ๑๐๐ ชิ้น

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒,๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้


๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

๖.๑ รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลา ๒ ปี และจะต้องมีอะไหล่ไว้พร้อมให้บริการตลอดระยะเวลา ๕ ปี

๖.๒ มีการบรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๖.๓ ในระหว่างรับประกันผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและบำรุงรักษาทุก ๖ เดือนพร้อมมีเอกสารแสดงการตรวจสอบและแจ้งผลการบำรุงรักษาให้กับหน่วยงานเจ้าของชุดเครื่องมือนี้ทุกครึ่ง

เห็นชอบ

พ.ต.อ. 


(เสรี ชีรพงษ์)

นายแพทย์ (สบ๕) กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร.

พ.ต.อ.หญิง  ประธาน


(กรทอง การพานิช)

พยาบาล (สบ๕) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

พ.ต.ท.หญิง  กรรมการ

(จิราภรณ์ พันภักย์)

พยาบาล (สบ๓) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

พ.ต.ท.หญิง  กรรมการ

(สุนทรี พรศิริรัตน์)

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รพ.ตร.

ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่เสนอในคราวประชุม

ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๙

พล.ต.ต. 

(ชนิษฐ์ สุดโนริกุล)

ผบก.อก.รพ.ตร. /

เลขาธิการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ

พ.ต.ต. 