

คุณลักษณะเฉพาะ

เสาแขวนน้ำเกลือ

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับแขวนสารละลายหรือเลือด

๒. ลักษณะทั่วไป

ตัวเสาและแกนในเสาทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม (Stainless Steel) สามารถปรับสูง-ต่ำได้

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ เสามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒.๕ เซนติเมตร

๓.๒ แกนในเสาสามารถปรับเลื่อนให้สูง-ต่ำได้ มีตัวล็อคให้อยู่กับที่ โดยมีความสูงรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เซนติเมตร

๓.๓ มีข้อสำหรับแขวนขวดสารละลายอยู่ด้านบนทั้ง ๒ ด้าน

๓.๔ มีขาทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม ไม่น้อยกว่า ๔ แฉก แต่ละแฉกมีล้อหมุนได้รอบตัว

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

รูปแบบตามผนวก ก.

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒ , ๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี



๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพ ๑ ปี

- เห็นชอบ

พ.ต.อ.

(เสรี ธีรพงษ์)

หัวหน้ากลุ่มงานสตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลตำรวจ

แผนก ก.

รูปประกอบต้นสักผสม: เสาแขวนหน้ากลึง

