

คุณลักษณะเฉพาะ
ชุดเครื่องมือผ่าตัดทำหมัน

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน
เพื่อใช้สำหรับทำผ่าตัดทำหมัน

๒. ลักษณะทั่วไป

ประกอบด้วย

๒.๑ ชุดเครื่องมือผ่าตัดทำหมัน

๒.๒ กล่องบรรจุเครื่องมือ

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ชุดเครื่องมือผ่าตัดทำหมัน ประกอบด้วย

๓.๑.๑ ค้ามืดเบอร์ ๔

จำนวน ๑ ชุด

๓.๑.๒ ปากคีบเนื้อเยื่อแบบมีเขี้ยว ความยาว ๕ ๓/๔ นิ้ว

จำนวน ๑ กล่อง

๓.๑.๓ ปากคีบเนื้อเยื่อแบบไม่มีเขี้ยว ความยาว ๕ ๓/๔ นิ้ว

จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๔ ปากคีบเนื้อเยื่อแบบไม่มีเขี้ยว ความยาว ๑๐ นิ้ว

จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๕ คีมจับหนีบเส้นเลือดชนิด CRILE ปลายตรง ความยาว ๕ ๑/๒ นิ้ว

จำนวน ๒ อัน

๓.๑.๖ คีมจับหนีบเส้นเลือดชนิด CRILE ปลายโค้ง ความยาว ๕ ๑/๒ นิ้ว

จำนวน ๒ อัน

๓.๑.๗ คีมจับเนื้อเยื่อแบบมีเขี้ยว ๕x๖ ชนิด ALLIS ความยาว ๖ นิ้ว

จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๘ คีมจับหนีบเส้นเลือดชนิด OCHSNER-KOCHER ปลายตรง ความยาว ๕ ๑/๒ นิ้ว

จำนวน ๒ อัน

๓.๑.๙ คีมจับลำไส้ชนิด BABCOCK ความยาว ๖ ๑/๔ นิ้ว

จำนวน ๒ อัน

๓.๑.๑๐ คีมจับเข็มเย็บแผลชนิด MAYO-HEGAR ความยาว ๖ ๑/๔ นิ้ว

จำนวน ๒ อัน

๓.๑.๑๑ คีมหนีบผ้าแบบปลายหักงอชนิด BACKHAUS ความยาว ๔ ๑/๔ นิ้ว

จำนวน ๒ อัน

๓.๑.๑๒ คีมจับผ้าก๊อศและสำลีชนิด FOERSTER ปลายตรง ความยาว ๙ ๓/๔ นิ้ว


จำนวน ๖ อัน

๓.๑.๑๓ ที่ถ่างแผลชนิด LANGENBECK ขนาด ๓๐ x ๑๑ มม. ความยาว ๘ ๓/๔ นิ้ว

จำนวน ๓ อัน

๓.๑.๑๔ ที่ถ่างแผลชนิด RICHARDSON ขนาด ๕๒ x ๒๒ มม. ความยาว ๙ ๑/๒ นิ้ว

จำนวน ๒ อัน



พล.ต.ท.

พ.ต.อ.หญิง.....ประธาน พ.ต.ท.หญิง.....กรรมการ พ.ต.ท.หญิง.....กรรมการ
(กรทอง การพานิช) (จิราภรณ์ พันภัย) (สุนทรี พรศิริรัตน์)

๓.๑.๑๕	ถ้วยไอโอดีน ๖ ออนซ์	จำนวน	๒ ใบ
๓.๑.๑๖	ท่อสวนปัสสาวะสำหรับผู้หญิงชนิด GUYON ขนาด ๑๔ เฟรนช์	จำนวน	๑ อัน
๓.๑.๑๗	คีมจับเนื้อเยื่อแบบปลายแหลมหักงอ ๑ ข้าง ปลายโค้ง ๑ ข้าง ความยาว ๑๐ นิ้ว	จำนวน	๑ อัน
๓.๑.๑๘	คีมจับมดลูกชนิด SCHROEDER ความยาว ๙ ๓/๔ นิ้ว	จำนวน	๑ อัน
๓.๑.๑๙	เครื่องมือหยั่งความลึกโพรงมดลูกชนิด SIMS ความยาว ๑๒ ๑/๒ นิ้ว	จำนวน	๑ อัน
๓.๑.๒๐	คีมจับเข็มเย็บแผลชนิด CRILE-WOOD ความยาว ๖ นิ้ว	จำนวน	๑ อัน
๓.๑.๒๑	ปากคีบเนื้อเยื่อแบบมีเขี้ยวชนิด ADSON ความยาว ๔ ๓/๔ นิ้ว	จำนวน	๑ อัน
๓.๑.๒๒	กรรไกรตัดเนื้อชนิด MAYO ปลายโค้ง ความยาว ๖ ๓/๔ นิ้ว	จำนวน	๑ อัน
๓.๑.๒๓	กรรไกรตัดเนื้อชนิด MAYO ปลายตรง ความยาว ๕ ๓/๔ นิ้ว	จำนวน	๑ อัน
๓.๑.๒๔	ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม (stainless steel)		
๓.๑.๒๕	สามารถฆ่าเชื้อโรคได้โดยวิธีนี้้ง อบแก๊ส หรือแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรค		
๓.๒	กล่องบรรจุเครื่องมือ	จำนวน	๑ กล่อง
๓.๒.๑	ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม (Stainless Steel)		
๓.๒.๒	ด้านบนของฝาและด้านล่างของกล่อง มีระบายอากาศเรียงตัวเป็นแนวตรง		
๓.๒.๓	ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๓๖๐ มม. กว้างไม่น้อยกว่า ๒๖๐ มม. สูงไม่น้อยกว่า ๙๐ มม.		
๓.๒.๔	มีฝาปิดแยกออกจากกันได้ และมีที่ล็อกแน่นด้านข้างของตัวกล่อง		
๓.๓	ได้รับการรับรองมาตรฐาน EC Certificate และ EN ISO ๑๓๔๘๕		
๔.	ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่		
๔.๑	สเปรย์สำหรับหล่อลื่นเครื่องมือ ชนิดทนความร้อนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียส	จำนวน	๑ กระป๋อง
๔.๒	แผ่น Paper Label	จำนวน	๑๐๐ ชิ้น
๕.	การทดสอบและผล		
๕.๑	ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒,๓ และ ๔		
๕.๒	ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้		



พ.ต.อ.หญิง.....ประธาน พ.ต.ท.หญิง.....กรรมการ พ.ต.ท.หญิง.....กรรมการ
 (กรทอง การพานิช) (จิราภรณ์ พันภัย) (สุนทรี พรศิริรัตน์)

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ๖.๑ รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลา ๒ ปี และจะต้องมีอะไหล่พร้อมให้บริการตลอดระยะเวลา ๕ ปี
- ๖.๒ มีการบรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๖.๓ ในระหว่างรับประกันผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและบำรุงรักษาทุก ๖ เดือนพร้อมมีเอกสารแสดงการตรวจสอบและแจ้งผลการบำรุงรักษาให้กับหน่วยงานเจ้าของชุดเครื่องมือนี้ทุกครั้ง

เห็นชอบ

พ.ต.อ.

(เสรี ธีรพงษ์)

นายแพทย์ (สบ๕) กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร.

พ.ต.อ.หญิง.....ประธาน

(กรทอง การพานิช)

พยาบาล (สบ๕) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

พ.ต.ท.หญิง.....กรรมการ

(จิราภรณ์ พันภัย)

พยาบาล (สบ๓) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

พ.ต.ท.หญิง.....กรรมการ

(สุนทรี พรศิริรัตน์)

พยาบาล (สบ๓) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคณะลักษณะเฉพาะของพัสดุ รพ.ตร.

ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่เสนอในคราวประชุม

ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๘



พล.ต.ต.

(ชรินทร์ สุดโนรีกุล)

ผบก.อก.รพ.ตร. /

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ