

คุณลักษณะเฉพาะ
โต๊ะประกอบงานพร้อมชุดปากกาจับชิ้นงาน

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้เป็นโต๊ะสำหรับทำงานประกอบชิ้นงานต่างๆในงานกายอุปกรณ์

๒. ลักษณะทั่วไป

ประกอบด้วย

- | | | |
|-----|-------------------------------|-------------|
| ๒.๑ | โต๊ะพื้นไม้โครงเหล็ก | จำนวน ๑ ตัว |
| ๒.๒ | ปากกาจับชิ้นงานแบบปรับหมุนได้ | จำนวน ๑ ตัว |
| ๒.๓ | ตุลีนชักเก็บเครื่องมือ | จำนวน ๑ ตัว |
| ๒.๔ | แผงตะแกรงแขวนเครื่องมือ | จำนวน ๑ ชุด |

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ โต๊ะพื้นไม้โครงเหล็ก มีคุณสมบัติดังนี้

- ๓.๑.๑ มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๗๐ x ๑๕๐ x ๘๐ เซนติเมตร
- ๓.๑.๒ พื้นโต๊ะทำจากไม้จริง
- ๓.๑.๓ พื้นโต๊ะมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ เซนติเมตร
- ๓.๑.๔ ผิวโต๊ะเคลือบด้วยยูรีเทน เพิ่มความทนทานต่อการขีดข่วนและสารกรดต่าง
- ๓.๑.๕ โครงสร้างเหล็กเคลือบด้วยสีกันสนิม มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร

๓.๒ ปากกาจับชิ้นงานแบบปรับหมุนได้ มีคุณสมบัติดังนี้

- ๓.๒.๑ โครงสร้างทำด้วยเหล็กขึ้นรูป
- ๓.๒.๒ ปากจับมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ มิลลิเมตร
- ๓.๒.๓ สามารถปรับระยะเปิดของปากได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ มิลลิเมตร
- ๓.๒.๔ ตัวปากกาดังบนฐานที่สามารถปรับหมุนได้ ๓๖๐ องศา

๓.๓ ตูลีนชักเก็บเครื่องมือ มีคุณสมบัติดังนี้

- ๓.๓.๑ โครงสร้างทำจากเหล็กเคลือบสีกันสนิม
- ๓.๓.๒ ตูลีมีความกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๕๐ x ๗๐ x ๗๐ เซนติเมตร
- ๓.๓.๓ มีลิ้นชักสำหรับเก็บเครื่องมือไม่น้อยกว่า ๕ ชั้น
- ๓.๓.๔ มีกุญแจล็อกลิ้นชักป้องกันเครื่องมือสูญหาย

๓.๔ แผงตะแกรงแขวนเครื่องมือ มีคุณสมบัติดังนี้

- ๓.๔.๑ โครงสร้างทำจากเหล็กเคลือบด้วยสีกันสนิม
- ๓.๔.๒ แผงมีความกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า ๔๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร



พ.ต.อ.หญิง.....ประธานกรรมการ

(ธนิษฐ สมนึก)

พ.ต.ท.....กรรมการ

(สุพจน์ พุ่มพุกภัย)

พ.ต.ท.....กรรมการ


(นำชัย ทรงศิลป์)

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

๔.๑	แผงแขวนกล่องใส่อะไหล่ชิ้นส่วน	จำนวน ๑ ชุด
๔.๒	กล่องใส่อะไหล่ชิ้นส่วน ขนาด ๑๐๕ x ๘๕ x ๕๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๔ ชิ้น
๔.๓	กล่องใส่อะไหล่ชิ้นส่วน ขนาด ๑๔๕ x ๒๓๕ x ๑๒๕ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๔	ตะขอกู้แขวนเครื่องมือขนาดความยาว ๑๐๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๕ ชิ้น
๔.๕	ตะขอเดี่ยวแขวนเครื่องมือขนาดความยาว ๕๐ มิลลิเมตร	จำนวน ๕ ชิ้น
๔.๖	ตัวแคลมป์จับเครื่องมือ ขนาด ๑๑ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๗	ตัวแคลมป์จับเครื่องมือ ขนาด ๑๕ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น
๔.๘	ตัวแคลมป์จับเครื่องมือ ขนาด ๒๒ มิลลิเมตร	จำนวน ๓ ชิ้น

๕. การทดสอบและผล

- ๕.๑ ตรวจสอบพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒,๓ และ ๔
๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี




พ.ต.อ.หญิง.....ประธานกรรมการ
(ธนิษฐ สมนึก)

พ.ต.ท.....กรรมการ
(สุพจน์ พุ่มพฤษ)

พ.ต.ท.....กรรมการ
(นำชัย ทรงศิลป์)

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ๖.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ โดยจะต้องมีอะไหล่พร้อมบริการให้ตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๖.๒ ผู้ขายจะต้องทำการตรวจสอบและออกใบรับรองประสิทธิภาพของเครื่อง (Maintenance) ทุก ๑ ปี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- ๖.๓ ผู้ขายจะต้องจัดการอบรมการใช้โต๊ะประกอบงานพร้อมปากกาจับชิ้นงานให้กับเจ้าหน้าที่ของทางราชการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมงหรือจนกว่าจะใช้งานได้ดี



พ.ต.อ.หญิง..... ประธานกรรมการ
(ธนิษฐ สมนึก)

นายแพทย์ (สบ๕) ทน.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พ.ต.ท..... กรรมการ
(สุพจน์ พุ่มพฤษ)

นักร่างกายบำบัด (สบ๓) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พ.ต.ท..... กรรมการ
(นำชัย ทรงศิลป์)

นักร่างกายบำบัด (สบ๓) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เห็นชอบ

พ.ต.อ.หญิง.....
(ธนิษฐ สมนึก)

นายแพทย์ (สบ๕) ทน.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคณะลักษณะเฉพาะของพัสดุ รพ.ต.ร.

ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่เสนอในคราวประชุม

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙

พ.ต.ต.

(ชรินทร์ สุตโนรีกุล)

ผบก.อก.รพ.ต.ร. /

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคณะลักษณะเฉพาะฯ