

คุณลักษณะเฉพาะ  
ชุดรอกพร้อมน้ำหนักแบบยึดติดผนัง

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับบริหารไหล่ ข้อศอก และหน้าอกเพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อให้แข็งแรง

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นชุดรอกพร้อมน้ำหนักสำหรับออกกำลังกาย เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพกล้ามเนื้อให้แข็งแรง

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ โครงสำหรับยึดรอกเป็นเหล็กพ่นสีพ็อกซีอบแห้ง และมีรอกติดอยู่ ๒ ข้าง

๓.๒ มีมือจับอย่างน้อย ๔ อัน ทำด้วยไม้กลมกลึง ห่วงมือจับทำจากเหล็กไม่เป็นสนิม (Stainless steel)

๓.๓ มีลูกรอกอย่างน้อย ๘ ตัว เพื่อยึดติดบนแผ่นไม้ทั้ง ๒ ระดับ

๓.๔ มีแผ่นน้ำหนักจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ แผ่น และแต่ละแผ่นมีน้ำหนักไม่เกิน ๑ กิโลกรัม

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

—

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อย ตามข้อ ๒ และ ๓.

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้




พ.ต.อ.หญิง.....ประธานกรรมการ  
(กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล)

พ.ต.ท.....กรรมการ  
(สุพจน์ พุ่มพุกษ์)

ร.ต.อ.หญิง.....กรรมการ  
(อรอนงค์ อุทัย)

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่อง ตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องมีอะไหล่ไว้พร้อมบริการให้ตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี



พ.ต.อ.หญิง..... พล.ต.ต. *ก๊ ๒-๑๐*  
ประธานกรรมการ  
( กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล )

นายแพทย์ (สบ๕) หน.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พ.ต.ท. .... *[Signature]* ..... กรรมการ  
( สุพจน์ พุ่มพฤษย์ )

นักกายภาพบำบัด (สบ๓) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ร.ต.อ.หญิง ..... *๑* ..... กรรมการ  
( อรอนงค์ อุทัย )

นักกายภาพบำบัด (สบ๑) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รพ.ตร.

ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่เสนอในคราวประชุม

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๕๘

- เห็นชอบ  
พ.ต.อ. หญิง..... *ก๊ ๒-๑๐*  
( กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล )

นายแพทย์ (สบ๕) หน.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พล.ต.ต. *[Signature]*  
( พรชัย ไทยแท้ )

ผบก.อก.รพ.ตร. /

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ