

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ที่นอนโพลียูรีเทนโฟมป้องกันแผลกดทับ

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วย ที่มีระดับความเสี่ยงเกิดแผลกดทับสูง และเพื่อให้ความ
สะดวกสบายแก่ผู้ป่วยโดยสามารถใช้ได้กับเตียงโรงพยาบาลทั่วไป

2. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นที่นอนโพลียูรีเทนโฟมป้องกันแผลกดทับ

3. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

- 3.1 มีขนาดความกว้าง x ยาว x หนา ไม่น้อยกว่า 85 x 195 x 15 เซนติเมตร เพื่อสามารถใส่กับเตียง
ผู้ป่วยได้พอดี
- 3.2 สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัม
- 3.3 ด้านบนของที่นอน เนื้อโฟมมีลักษณะเป็นร่องแบบแคสเทลเลทคัต (castellated cut) หรือ
Keyhole cut และทำจากโพลียูรีเทนโฟม ที่สามารถกระจายน้ำหนักได้ดี ช่วยในการระบายความ
อับชื้น สามารถงอโค้งในขณะที่ปรับท่าทางของเตียงได้ดี
- 3.4 สามารถป้องกันอัตราการเกิดแผลกดทับในระดับ High Risk
- 3.5 บริเวณขอบของที่นอนมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถลุกขึ้น หรือเคลื่อนย้ายได้ง่ายขึ้น
- 3.6 ขอบที่นอนผลิตจากคอมบัสชันโมดิฟายด์อีเทอร์โฟม (CME) หรือ CMHR
- 3.7 มีค่าความหนาแน่นของเนื้อโฟม 38 - 40 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
- 3.8 ผ้าคลุมที่นอนผลิตจากวัสดุโพลียูรีเทนโฟม (PU) หรือดีกว่า ได้รับมาตรฐาน BS 7177 : 2008 Crib 5
หรือ BS 7175 : 2008 Crib 5 ทนต่อการเผาไหม้ มีความยืดหยุ่นสูง และป้องกันน้ำซึมผ่านได้
- 3.9 ผลิตกันที่ได้อายุมาตรฐาน CE marked หรือ 93/42/EEC หรือดีกว่า
- 3.10 บริษัทผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 หรือ ISO 13485 : 2016

4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

หนังสือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด

พ.ต.ท.หญิง *จ.ม. โชติแสงสาคร*
(รัชนี โชติแสงสาคร)
ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.หญิง *ศุภรัตน์ พึ่งพินิจ*
(ศุภรัตน์ พึ่งพินิจ)
กรรมการ

พ.ต.ต.หญิง *ชื่อกั๋ ทอเจตุ*
(ปัทมาวดี ทองเจตุ)
กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท. หญิง *จ.ม. โชติแสงสาคร*
(รัชนี โชติแสงสาคร)
พยาบาล (สบ ๓) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

5. การทดสอบและผล
- 5.1 ตรวจสอบเรียงร้อยตามข้อ 2,3 และ4
 - 5.2 ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้



6. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพพร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

เห็นชอบ

พ.ต.อ

(จุมพฏ อูร์ทองศา)

นายแพทย์ (สบ 5) หน.กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.

พ.ต.ท.หญิง *ฉิม โชติแสงสาร*
(รัศมี โชติแสงสาร)
ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.หญิง *ศุภรัตน์ พึ่งพิงใจ*
(ศุภรัตน์ พึ่งพิงใจ)
กรรมการ

พ.ต.ต.หญิง *ภัททิ ทองเกตุ*
(ปัทมาวดี ทองเกตุ)
กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท. หญิง *ฉิม โชติแสงสาร*
(รัศมี โชติแสงสาร)
พยาบาล (สบ ๓) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.