

ร่างประกาศโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจนแห่งชาติ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์และรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดทั่วไป พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องตรวจสีรีวิทยาไฟฟ้าหัวใจ ชนิดสร้างภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจนแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์และรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดทั่วไป พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องตรวจสีรีวิทยาไฟฟ้าหัวใจ ชนิดสร้างภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการของงานซื้อในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องตรวจวิเคราะห์และรักษาหัวใจ	จำนวน	๑	ชุด
เต้นผิดจังหวะชนิดทั่วไป พร้อม			
อุปกรณ์และเครื่องตรวจสีรีวิทยา			
ไฟฟ้าหัวใจ ชนิดสร้างภาพ ๓ มิติ			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ช้าคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ข่ายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลตำรวจน สำนักงานตำรวจนแห่งชาติ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ แห่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่ความคุ้มกันเข่นว่าตน

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการ
กำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในบริษัทฯ สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่า
ผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้
ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะ
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
..... ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.policehospital.org หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๐๐๗-๖๐๗๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

(ลงชื่อ) พลตำรวจโท วิชัย ลีวรรณภานาส

(วิชัย ลีวรรณภานาส)

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รักษาราชการแทน รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ ๗)

ปฏิบัตรราชการแทน นายแพทย์ใหญ่ (สบ ๘)

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกวดการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอวันเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยและรักษาหัวใจเด็กจังหวะชนิดทั่วไป พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องตรวจสีริวิทยา

ไฟฟ้าหัวใจ ชนิดสร้างภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด

ตามประกาศ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจนครบาลแห่งชาติ

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โรงพยาบาลตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจนครบาลแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงพยาบาลตำรวจนครบาล" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

เครื่องตรวจวินิจฉัยและรักษาหัวใจ	จำนวน	๑	ชุด
เด็นผิดจังหวะชนิดทั่วไป พร้อมอุปกรณ์			
และเครื่องตรวจสีริวิทยาไฟฟ้าหัวใจ			
ชนิดสร้างภาพ ๓ มิติ			

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อุปกรณ์ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเลขที่ ๖-๖๕ โรงพยาบาลตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจนครบาลแห่งชาติ อนุมัติงวดวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ และอนุมัติแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะฯ ลง ๑๕ ม.ย. ๖๕ และร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการซัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การซัดซื้อขายการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเรียนข้อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดายังไม่นิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาล ตำรวจ ณ วันประชุมคณะกรรมการอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งและความคุ้มกันเท่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement; e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือรับรองนิติบุคคล บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตั้งกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อายาน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอขออำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายสื่อมอบอำนาจซึ่งติดต่อการแสดงตนเป็นกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ เครื่องตรวจวิเคราะห์และรักษาหัวใจเด็นผิดจังหวะชนิดที่หัวไป พร้อมอุปกรณ์และเครื่องตรวจสุขภาพไทยไฟฟ้าหัวใจ ชนิดสร้างภาพ ๓ มิติ

(๓.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓.๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสถาบันมาตรฐานแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตั้งกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคายังระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขเดียว ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ใน การเสนอราคาให้เสนอราคากำลังเป็นเงินบาท และเสนอราคากำลังเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ หน่วยตรวจสอบว่าใช้ กลุ่มงานอายุกรรม โรงพยาบาลตำราจ

ราคากำลังเสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคากำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคากำลังภายในกำหนดยื่นราคากำลังโดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคากำลังที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคากำลังได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก โรงพยาบาลตำราจ ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องตรวจวิเคราะห์และรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดที่ไป พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องตรวจสารรีวิทยาไฟฟ้าหัวใจ ชนิดสร้างภาพ ๓ มิติ ไปพร้อมการเสนอราคายังระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ โรงพยาบาลตำราจจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคุ้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซึ่งอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคายังระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลับ จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคากำลังโดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคากำลังในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคากลับ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคากำลัง โรงพยาบาลตำราจ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๔ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และโรงพยาบาลตัวราช จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวเป็นผู้ทึ่งงาน เว้นแต่ โรงพยาบาลตัวราช จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ใดเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าว และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ โรงพยาบาลตัวราช

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคายื่นข้อเสนอจะต้องเป็นราคាដี่รุ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
 - (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
 - (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางแผนหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๗๗๒,๕๐๐.-บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าบาทกัณ)

๕.๑ เช็ครหัสอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครหัสที่ใช้เช็ครหัสอิเล็กทรافท์นั้นสำหรับเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็ครหัสอิเล็กทรافท์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่ายหรือพันธบตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้โรงพยาบาลตัวราชตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่าง

เวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทยเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้ซื้อขึ้นช้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคามาตรฐานนี้ โรงพยาบาลตัวจริงจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่โรงพยาบาลตัวจริงได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ซึ่งการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาน้ำดื่มหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคามาตรฐานนี้ โรงพยาบาลตัวจริงจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาก่อนเลือกทรัพย์ศรั้งนี้ โรงพยาบาลตัวจริงจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ซึ่งการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ซึ่งการยื่นข้อเสนอ โรงพยาบาลตัวจริง จะพิจารณาจาก รายการรวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนเลือกทรัพย์ศรั้งจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่โรงพยาบาลตัวจริงกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาก่อนเลือกทรัพย์ศรั้ง ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดกฎหมาย เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ โรงพยาบาลตัวจริงจะสนใจที่สุดไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาก่อนเลือกทรัพย์ศรั้งระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาก่อนเลือกทรัพย์ศรั้งทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงพยาบาลตัวจริง

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาก่อนเลือกทรัพย์ศรั้งที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาก่อนเลือกทรัพย์ศรั้งหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนเลือกทรัพย์ศรั้งหรือโรงพยาบาลตัวจริงมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเจ้าของเดิมได้โรงพยาบาลตัวจริงมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ โรงพยาบาลตัวรัฐทังไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาน้ำตก หรือราคาน้ำตกที่เสนอหั้งหมวดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ โรงพยาบาลตัวรัฐเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มีได้ รวมทั้งโรงพยาบาลตัวรัฐ จะพิจารณายกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ ราคางาน เป็นต้น

ในการณ์ที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาน้ำตก เสนอราคาน้ำตกนิดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงพยาบาลตัวรัฐ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ โรงพยาบาลตัวรัฐ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคางานผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากโรงพยาบาลตัวรัฐ

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาโรงพยาบาลตัวรัฐอาจประกาศยกเลิกการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขanhการประมวลราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือพยายามกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาก หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคาก

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาน้ำตกกว่าราคาน้ำตกของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาน้ำตกกว่าราคาน้ำตกของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามาได้ ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาแห่งประเทศไทย เสนอราคาน้ำตกกว่าราคาน้ำตกของผู้เสนอราคางานอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาแห่งประเทศไทย

กรณ์ที่มีการเสนอราคากลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาคราวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพัฒนาแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคากตามวรรคหนึ่ง

อนึ่ง หากในการเสนอราคากลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาคราวม หากผู้ยื่นข้อเสนอ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคางานนี้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาน้ำตกกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๓๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมีใช้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดซื้อจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๓ ในกรณีที่ผู้นำการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อขายมาแล้วจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบบ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือโรงพยาบาลต้องแจ้งให้รับทราบว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับโรงพยาบาลต่างๆ ใน ๕ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสร้างของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้โรงพยาบาลตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงมกราคมของปีถัดไปโดยที่หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ดังต่อไปนี้

(၆) မြိုင်အင်

(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเขียนสั้นง่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหนี้ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายนี้ในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีกำหนดเบี้ยภัยใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีตอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งโรงพยาบาลทั่วราช ได้รับมอบไว้แล้ว

๙. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

โรงพยาบาลตั่มราฐ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของให้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และโรงพยาบาลตั่มราฐ ได้ตรวจสอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๕. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกันราคายี่เล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราค่าค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซึ่งการประกันราคายี่เล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันที่ โรงพยาบาลต่างๆ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องเรียบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โดยจะต้องมีอยู่ไฟล์พร้อมไว้ให้บริการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

๑๑. ข้อส่วนลดที่ใช้ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินสำนักงานสภากินแบ่งชุมชน โรงพยาบาล โรงพยาบาลต่างๆ

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อโรงพยาบาลต่างๆได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินสำนักงานสภากินแบ่งชุมชน โรงพยาบาลต่างๆ และเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อโรงพยาบาลต่างๆได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกันราคายี่เล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสัมภาระที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีชีเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งโรงพยาบาลต่างๆได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญารือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ โรงพยาบาลต่างๆจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ โรงพยาบาลต่างๆจะสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของโรงพยาบาลตำราฯ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ โรงพยาบาลตำราฯ จะประกาศยกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ จากโรงพยาบาลตำราฯ ไม่มี

(๑) โรงพยาบาลตำราฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่าจะทำการทุจริตอื่นในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปจากอื่นให้เกิดความเสียหายแก่โรงพยาบาลตำราฯ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

โรงพยาบาลตำราฯ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับโรงพยาบาลตำราฯ ไว้ชั่วคราว

โรงพยาบาลตำราฯ

สำนักงานตำราฯแห่งชาติ

(ลงชื่อ) พลตำราจตุรภูมิ ราชยา บุรพลพิมาน

(ราชยา บุรพลพิมาน)

ผู้บังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำราฯ

..... เดือน พ.ศ.

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ : เครื่องตรวจวิเคราะห์และรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดทั่วไป พร้อมอุปกรณ์และเครื่องตรวจสีริวิทยาไฟฟ้าหัวใจ ชนิดสร้างภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง
ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เงินงบประมาณโครงการ : ๑๔,๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่มีอาชีพขาย ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต้องการซื้อในครั้งนี้ หรือหากเป็นผู้ประกอบการ SMEs ต้องขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนซึ่งการสินค้าในเว็บไซต์สำนักงานวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (สว) ด้วย พร้อมให้แนบหลักฐาน

๓. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเลขที่ ๖-๖๔ โรงพยาบาลตำราจ สำนักงานตำราจแห่งชาติ อนุมัติงวดที่ ๔ ม.ค. ๖๔ และอนุมัติแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะฯ ลง ๑๕ มี.ย.๖๔

๔. ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๕. วิธีการจัดหา

จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

โดยใช้เงินสำนักงานสภากินแบ่งรัฐบาล

๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำราจ สำนักงานตำราจแห่งชาติ

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกซื้อเสนอ

โรงพยาบาลตำราจ สำนักงานตำราจแห่งชาติ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคารวม และพิจารณาจากเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

๘. เงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

หากแม่ผู้ขาย/คู่สัญญา เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้ขายหรือคู่สัญญา แสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ ด้วย ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กจ) ๐๙๐๕.๒/๗ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๔

๙. สถานที่ติดต่อ

ผู้สนใจสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวได้ที่

๙.๑ ทางไปรษณีย์

ส่งถึง ผู้บังคับการอำนวยการ ที่อยู่ โรงพยาบาลตำราจ สำนักงานตำราจแห่งชาติ ๔๙๒/๑

ถนนพระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๒๐๗-๖๐๗๑

๙.๒ ทางเว็บไซต์ <http://www.policehospital.org>

๙.๓ ทางemail : policehospital_auction@hotmail.com


พนักงาน



ประธานกรรมการฯ

(อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ)


พนักงาน



กรรมการฯ

(ไกรฤทธิ์ เชษฐกุลานุรักษ์)

พนักงาน



กรรมการฯ

(อรพินทร์ เจริญประภากร)

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชื่อเครื่องตรวจวินิจฉัยและรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดทั่วไป พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องตรวจวินิจฉัยไฟฟ้าหัวใจ ชนิดสร้างภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยตรวจสอบหัวใจ กสิมงานอายุรกรรม รพ.ตร.
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔,๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๑๔,๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท จอยท์สัน แอนด์ จอยท์สัน (ไทย) จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท เมดิคอล ไซคูชั่นส์ จำกัด
 - ๕.๓
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ พ.ต.อ.



ประธานกรรมการ


(อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ)

๕.๒ พ.ต.ท.


(ไกรฤทธิ์ เชษฐกุลวงศ์)

กรรมการ

๕.๓ พ.ต.ท.หญิง



กรรมการ

(อรพินทร์ เจริญประภากร)

คุณลักษณะเฉพาะ

ชุดตรวจนิเคราะห์รักษาหัวใจเด็กด้วยจังหวะและชุดสร้างภาพ ๓ มิติ

เครื่องตรวจวินิจฉัยและรักษาหัวใจเด็กด้วยจังหวะและชุดสร้างภาพ ๓ มิติ

๑. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ให้หัวใจ ชนิดสร้างภาพ ๓ มิติ

ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาหัวใจเด็กด้วยจังหวะและชุดสร้างภาพ ๓ มิติ

การเดินผิดจังหวะของหัวใจจะบิดเบนหัวใจเดินผิดจังหวะ และรักษา

๒. คุณลักษณะทั่วไป ประกอบด้วย

๒.๑. ชุดตรวจวินิจฉัยและรักษาหัวใจเดินผิดจังหวะ จำนวน ๑ ชุด

พ.ก.ท.๗

พ.ก.ท.๗

๒.๑.๑. ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานและซอฟแวร์สำหรับ
การตรวจวินิจฉัยและรักษาหัวใจเดินผิดจังหวะ

๒.๑.๒. เครื่องขยายสัญญาณ (Amplifier)

จำนวน ๑ ชุด

๒.๑.๓. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดตั้งโปรแกรม

จำนวน ๑ ชุด

๒.๑.๔. เครื่องจีวิรักษาหัวใจเดินผิดจังหวะพร้อมรูปแบบควบคุมการทำงาน
และเครื่องปั๊มน้ำเกลือ (Radio-Frequency Generation
with Remote and Irrigation Pump)

จำนวน ๑ ชุด

๒.๒. ชุดสร้างภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

๒.๒.๑. ซอฟแวร์สำหรับแสดงภาพหัวใจแบบ ๓ มิติ

จำนวน ๑ ชุด

๒.๒.๒. เครื่องขยายสัญญาณ (Amplifier)

จำนวน ๑ ชุด

๒.๓. ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ความถี่ ๕๐ ถึง ๖๐ เฮิรตซ์

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

สำเนาถูกต้อง

๓.๑. ชุดตรวจวินิจฉัยและรักษาหัวใจเดินผิดจังหวะ

๓.๑.๑. ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานและซอฟแวร์สำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาหัวใจเดิน
ผิดจังหวะ มีคุณสมบัติ ดังนี้

(อธิบายเพิ่มเติม)

(อธิบายเพิ่มเติม)

พยาบาล (สน3) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

๓.๑.๑.๑. มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ๗ หรือดีกว่า

๓.๑.๑.๒. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รุ่นไม่ต่ำกว่า Intel Xeon Processor & core

หรือดีกว่า และมีความเร็วพื้นฐานของโปรเซสเซอร์ไม่น้อยกว่า ๓.๕ GHz

๓.๑.๑.๓. หน่วยความจำหลัก (RAM) มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ GB

๓.๑.๑.๔. หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB

๓.๑.๑.๕. จอแสดงภาพชนิด LED มีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๒๐๐ Pixels ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๒๒.๑ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง

๓.๑.๑.๖. สามารถรองรับการบันทึกข้อมูลลงใน DVD+RW/DVD-RW สำหรับบันทึกข้อมูลได้

พ.ก.ท.๘

ประชานายกรรมการ

พ.ก.ท.

กรรมการ

ร.ก.ท.

กรรมการ

(อนุรักษ์ เจียมอนุวงศ์กิจ)

นพ.(สน ๑)กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

(เกริกษ์ เหยี่ยวคุณวรักษ์)

นพ.(สน ๑)กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

(สกอร์ช มนต์ไกรเทศา)

นพ.(สน ๑)กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

๓.๑.๓.๗. สามารถแสดงรูปคลื่นบนจอภาพได้พร้อมกับสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐ รูปคลื่นแบบ Real Time

๓.๑.๓.๘. สามารถวิเคราะห์เสียงไฟฟ้าของหัวใจและวัดค่า Interval ได้แบบ AF Cycle Length Display หรือ Conductive Interval

๓.๑.๓.๙. สามารถปรับการขยายสัญญาณ (Gain) และกรองสัญญาณ (Filter) ของสัญญาณแต่ละช่องโดยปรับผ่านโปรแกรมจากระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน มีระบบกรองสัญญาณความถี่วิทยุเพื่อกำจัดสัญญาณรบกวนขณะทำการเจ็ปเพื่อรักษาการเดินผิดจังหวะของหัวใจ

มีระบบ Review Window หรือ Template Matching สำหรับใช้เปรียบเทียบผลลัพธ์รูปแบบสัญญาณขณะทำการตรวจ

สามารถเลือกสัญญาณคลื่นไฟฟ้าจากหัวใจให้แสดงค่า heart rate ได้บนจอ Realtime โดยสามารถเลือกแสดงค่า ได้ไม่น้อยกว่า ๒ ค่า

๓.๑.๓.๑๐. สามารถรับสัญญาณจากเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดตั้งโปรแกรมได้

๓.๑.๓.๑๑. สามารถบันทึกข้อมูลและค่าที่คำนวณได้จากการตรวจรักษา เพื่อส่งไปในรายงานผลการตรวจได้แบบอัตโนมัติและสามารถพิมพ์ผลการตรวจผ่านเครื่องพิมพ์ได้

๓.๑.๒. เครื่องขยายสัญญาณ (Amplifier) มีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑.๒.๑. สามารถรับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าภายในหัวใจ (Intracardiac Leads) ได้ ไม่น้อยกว่า ๘๐ ช่องสัญญาณ

๓.๑.๒.๒. สามารถรับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าภายนอกหัวใจ (Surface Leads) ได้ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่องสัญญาณ

๓.๑.๒.๓. สามารถรับสัญญาณจากความดันโลหิต (Blood Pressure Input) ไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง

๓.๑.๒.๔. สามารถรับสัญญาณจากเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดตั้งโปรแกรมได้ ไม่น้อยกว่า ๔ ช่องสัญญาณ

๓.๑.๒.๕. มีระบบตัดสัญญาณรบกวน (Filter) ไม่น้อยกว่ารายการดังต่อไปนี้ คือ Low Filter, High Filter, Notch Filter และ Adaptive Filter

๓.๑.๒.๖. สามารถเลือกอัตราสูบดัวอย่างสัญญาณ (Sampling rate) ได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๕ KHz

๓.๑.๒.๗. มีการแปลงสัญญาณแบบ ๑๖-bit analog to digital (๑๖-bit A/D) หรือตีกว่า สามารถปรับการขยายสัญญาณ และกรองสัญญาณ (Filter) ของสัญญาณแต่ละช่องสัญญาณได้โดยปรับผ่านโปรแกรมจากระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน

มีระบบกรองสัญญาณความถี่วิทยุ (RF Energy Filter) เพื่อกำจัดสัญญาณรบกวนขณะทำการเจ็ปเพื่อรักษาการเดินผิดจังหวะของหัวใจ

สำเนาถูกต้อง

๓.๑.๒.๘.

พ.ต.ท. พฤฒิ (ลายเซ็น)
(อักษรที่ ๑ ใช้ประจำการ)
พยาบาล (สบว) กสุรังนันพยาบาลศูนย์ฯ

พ.ต.อ.

ประชานกกรรมการ

(อนุรักษ์ เงียมอนุกสิทธิ์)

นพ.(สบว) กสุรังนันพยาบาล รพ.ตร.

พ.ต.ท.

๗

กรรมการ

ไกรฤทธิ์ เชษฐากุลภรรภก

นพ.(สบว) กสุรังนันพยาบาล รพ.ตร.

พ.ต.ท.

กรรมการ

(สกลวัช มนต์ใต้เรศย์)

นพ.(สบว) กสุรังนันพยาบาล รพ.ตร.

๓.๑.๒.๑๐. สามารถเชื่อมต่อ กับระบบคอมพิวเตอร์ด้วยแบบ Ethernet หรือ Fiber Optic

๓.๑.๓. เครื่องกระตุนไฟฟ้าหัวใจชนิดตั้งโปรแกรม มีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑.๓.๑. สามารถตั้งโปรแกรมการทำงาน และมีช่องสัญญาณกระตุนไฟฟ้าหัวใจได้มีเนื้อยาวกว่า ๒ ซองสัญญาณ และมี Pre-Programmed Protocol เม้นต์อย่างกว่า ๑๕ Protocol

๓.๑.๓.๒. สามารถปรับรับกระแสไฟฟ้าสำหรับการกระตุนได้ในช่วงตั้งแต่ ๐.๑ ถึง ๔๕ มิลลิแอมป์ หรือกว้างกว่า

๓.๑.๓.๓. สามารถปรับช่วงกว้างของสัญญาณกระตุน (Pulse Width) ได้ในช่วงตั้งแต่ ๑.๐ ถึง ๑๐ มิลลิวินาทีหรือกว้างกว่า

๓.๑.๓.๔. สามารถปรับช่วงกว้างระหว่างสัญญาณกระตุน (Inter-stimulus Intervals) ที่ ๖๑ ในช่วง ๑๘๐ ถึง ๔๘๘๐ มิลลิวินาที

๓.๑.๓.๕. สามารถเพิ่มตัวกระตุน (Extra-Stimuli) ให้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๖ ตัว

๓.๑.๓.๖. สามารถแบดเดอร์สำรองภายนอกเครื่อง (Backup power) ชนิด sealed lead acid สามารถใช้งานได้เป็นอย่างกว่า ๒ ชั่วโมง

๓.๑.๓.๗. ใช้อุปกรณ์ฉุกเฉิน Emergency Backup Pacing สำหรับช่วยกระตุนไฟฟ้าหัวใจห้องล่าง (Ventricle) ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Fixed Pace Output) โดยมีค่าของ การกระตุน (Pacing Pulse) ไม่น้อยกว่า ๕ mA, ๒ msec, ๑๐๐ ppm. ใช้แบตเตอร์ ชนิด ๙V Lithium Manganese PP3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

๓.๑.๓.๘. สามารถควบคุมการปรับตั้งค่าต่าง ๆ ได้ด้วยระบบ Touch Screen

๓.๑.๙. เครื่องจีรษากษาหัวใจเดินผิดจังหวะพร้อมรินโมทควบคุมการทำงานและเครื่องปั๊มน้ำเกลือ (Radio-Frequency Generation with Remote and Irrigation Pump) มีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑.๙.๑. สามารถให้พลังงานความร้อนด้วยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency) เพื่อ รักษาการเดินผิดจังหวะของหัวใจ โดยสามารถกำหนดระยะเวลาการส่งคลื่นวิทยุและ ปรับเพิ่มลดได้ตามต้องการ

๓.๑.๙.๒. สามารถปรับระดับพลังงานได้สูงสุด ๑๐๐ วัตต์

๓.๑.๙.๓. สามารถควบคุมพลังงานความร้อนได้ทั้งแบบ Temperature Control และ Power Control

๓.๑.๙.๔. สามารถวัดอุณหภูมิในการเจาะ (Temperature monitoring) ได้ และตัดการทำงานหรือมีสัญญาณ เตือน หากค่าที่วัดได้อ่อนต่ำกว่าค่าที่กำหนด

๓.๑.๙.๕. สามารถใช้งานร่วมกับสายสารหัวใจ (Ablation Catheter) ได้ทั้งแบบ Thermistor และ Thermocouple

๓.๑.๙.๖. สามารถแสดงค่าอุณหภูมิ เวลา ความดันหัวใจ และพลังงานที่ใช้ได้

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท. พยุง (ลายเซ็น)
(อายุพิงค์ เจิงประภากร) พ.ต.ท.๔๖.
พยาบาล (สน.๓) กฤษณะยานาถ รพ.ตร.

พ.ต.อ. (อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ)
นพ.(สน.๔) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

พ.ต.ท. / ๒ / ๖ กรรมการ
(ไกรฤทธิ์ เพชรรุคานุรักษ์)

นพ.(สน.๑) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

ร.ต.ท. พ.พ. กรรมการ
(สกลวิชช์ มนต์ไตรราเวศ)
นพ.(สน.๑) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

- ๓.๑.๔.๙. สามารถควบคุมการปล่อยสารสัมภาระแบบอัตโนมัติ (Irrigate pump) สามารถใช้งานร่วมกับสายสวนหัวไห้แบบ Irrigated Tip ได้
- ๓.๑.๔.๑๐. สามารถบันทึกค่าตัวแปรในการใช้งานต่าง ๆ ส่วนหน้าตามความต้องการของแพทย์ได้ (Memory Buttons หรือ Physician Presets)
- ๓.๑.๔.๑๑. มีรีเมทคุณค่าการทำงานของอุปกรณ์
- ๓.๑.๔.๑๒. เครื่องเป็นน้ำเกลือ มีระบบเตือนเมื่อน้ำเกลือใกล้หมดกรณีที่ใช้งานร่วมกับสายสวนหัวไห้แบบ Irrigated Tip และมีระบบตรวจสูบฟองอากาศ (Air bubble detection) และมีสัญญาณเตือน ในกรณีเกิดฟองอากาศ การสื่อสารขัดข้อง ประชุก ปิด ตัววัดแรงตันไม่ถูกต่อและมีการอุดตัน

๓.๒. ขุกสร้างภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด

๓.๒.๑. ซอฟแวร์สำหรับแสดงภาพหัวไห้แบบ ๓ มิติ มีคุณสมบัติ ดังนี้

- ๓.๒.๑.๑. สามารถสร้างภาพหัวไห้ชนิดสามมิติ (3D) อย่างน้อยด้วยระบบสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field) และสร้างแผนที่การนำไฟฟ้าหัวไห้ที่เดินผิดจังหวะด้วยการทำงานแบบ Contact Mapping ได้ และสร้างภาพโครงสร้างของห้องหัวไห้ได้ด้วยการยันสายสวนหัวไห้และเก็บข้อมูลภายในห้องหัวไห้ในนั้น ๆ ได้
- ๓.๒.๑.๒. สามารถแสดงภาพของสายสวนหัวไห้ ทั้งชนิด Ablation และ Diagnostic ซึ่งโปรแกรม Mapping สามารถเลือกการทำงานแบบ Activation Time, Voltage และ Fractionation สำหรับหาจุดกำเนิดของ Arrhythmia สามารถสร้างภาพสามมิติของห้องหัวไห้ พร้อมกับการหาจุดกำเนิดของภาวะหัวไห้ผิดปกติได้ในเวลาเดียวกัน (Electroanatomical maps) สามารถแสดงรูปแบบของ Voltage Map เพื่อรับตำแหน่งที่วิค่า Voltage บนแผนภาพหัวไห้ชนิดสามมิติ ทั้งสัญญาณ Bipolar หรือ สัญญาณ Unipolar ได้ มีพิมพ์ชั้นการทำงาน Propagation Maps ซึ่งสามารถแสดงลำดับการเกิดของไฟฟ้าหัวไห้ผิดปกติในหัวไห้ได้
- ๓.๒.๑.๓. มีการเก็บข้อมูลและประมวลผลคลื่นไฟฟ้าหัวไห้แบบอัตโนมัติ (Continuous mapping) โดยมีพารามิเตอร์ที่สามารถกำหนดค่าคัดกรองตามต้องการได้ และสามารถแสดงผลการเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติได้

สำเนาเอกสารต่อไปนี้

พ.ศ.๒๕๖๘ (๑๘๖๘)
(อารยพันธ์ เจริญประภากร)
พ.ศ.๒๕๖๘ (๑๘๖๘) กตุ์.งานพยาบาลฯ รพ.ต.
พยาบาล (๑๘๖๘) กตุ์.งานพยาบาลฯ รพ.ต.

- สามารถวัดและแสดงค่าการสัมผัส (Contact Force) ของแรงที่สัมผัสบนกล้ามเนื้อหัวไห้โดยใช้ร่วมกับสายสวนหัวไห้ชนิดที่ใช้วัดการสัมผัสได้ และสามารถแสดงค่าแรงสัมผัสในเวลาจริง (Real-Time) โดยแสดงหน่วยเป็นกรัม สามารถแสดงตำแหน่งของการเจ็ทไกร์ในห้องหัวไห้ลงบน geometry ได้แบบอัตโนมัติ ตามพารามิเตอร์ต่าง ๆ (Stability, Force) ที่กำหนด และแสดงตำแหน่งของการเจ็ทไกร์ในห้องหัวไห้ ลงบน geometry ในรูปสามมิติ โดยเครื่องจะทำการบันทึก

พ.ศ.๒๕๖๘

ประชานกรรรมการ

พ.ศ.๒๕๖๘

กรรรมการ

พ.ศ.๒๕๖๘

กรรรมการ

(อนุวัตร เผิญอนุศาธี)

นพ.(สบ ๔)กตุ์.งานอายุรกรรม รพ.ต.

(ไกรฤทธิ์ เมฆธุคานุรักษ์)

(สกลวัชร มนต์ไตรเวศย์)

นพ.(สบ ๑)กตุ์.งานอายุรกรรม รพ.ต.

พารามิเตอร์ของ การรักษาในห้องครรชที่ทำการรักษา โดยเมื่อสั้นสุดการจี้และครรช จะแสดงผลของพารามิเตอร์ต่างๆ (Total time, Impedance drop, Force, Power, Temperature) ในการรักษาได้

- ๓.๒.๑.๑๐. สามารถเปลี่ยนเทียบระหว่างคลื่นหัวใจที่ผิดปกติแบบ Ventricular tachycardia (VT) หรือ Premature Ventricular Contraction (PVC) ว่าเป็นอนุหรือแตกต่างแบบอัตโนมัติ โดยวิธี ECG Morphology หรือ PASO.
- ๓.๒.๑.๑๑. มีโปรแกรมที่ช่วยในการรักษาซับซ้อน Complex arrhythmia และแสดงผลการรักษาฉบับภาษาสามัญของห้องหัวใจได้
- ๓.๒.๑.๑๒. สามารถแสดงผลการจี้แบบ Real-time รวมไปประสีทีวิภาพแสงเกิด Lesion formation หรือไม่ เพื่อความแม่นยำและปลอดภัยในการรักษา
- ๓.๒.๑.๑๓. มีโปรแกรมสำหรับนำภาพ CT Scan หรือ MRI มารวมกับภาพหัวใจชนิดสามมิติที่สร้างขึ้นเพื่ออ้างอิงถึงตำแหน่งทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจและช่วยให้ได้ภาพที่ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
- ๓.๒.๑.๑๔. ระบบทำการรักษาความแม่นยำของการสร้างภาพสามมิติ โดยคัดกรองการเคลื่อนไหวของสายสวนหัวใจระหว่างการหายใจ และสามารถแสดงกราฟของการหายใจ (Respiration Graph) ได้
- ๓.๒.๑.๑๕. สามารถแสดงช่วงสัญญาณและภาพได้แบบ Real Time และ Review ได้ในเวลาเดียวกัน สามารถรับสัญญาณจาก ECG Electrode, EP Catheter และ Contact Mapping Catheter ได้
- ๓.๒.๑.๑๖. ระบบได้รับการระบุว่าสามารถดำเนินงานตรวจวิเคราะห์ (Mapping) ในหัวใจห้องบน และห้องล่างได้
- ๓.๒.๑.๑๗. สามารถกำหนดตำแหน่งของสรีริวกายในหัวใจลงบน Geometry เพื่อแสดงตำแหน่ง โครงสร้างของหัวใจได้ โดยวิธี Tools for annotating and editing maps หรือ Anatomical structure
- ๓.๒.๑.๑๘. มีอุปกรณ์สร้างสามมิติแม่เหล็กที่ติดบริเวณใต้เตียงสำหรับเป็นแหล่งกำเนิด สนามแม่เหล็ก (Magnetic Localization) เพื่อสามารถรับการทำงานของสายสวนหัวใจชนิดทำงานในสามมิติ
- ๓.๒.๑.๑๙. ระบบรองรับการสร้างภาพจำลองหัวใจ (Geometry) โดยการใช้สายชนิดรายละเอียดสูง (High Resolution Mapping Catheter หรือ Multielectrode catheter) หรือสายชนิดอื่นที่เพิ่มเข้าหรือติดกาว และสามารถแสดงสัญญาณคลื่นไฟฟ้าภายในหัวใจที่ได้จาก High Resolution Mapping Catheter หรือ Multielectrode catheter ได้

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ก.๗๗๗ (๑๗๗๗)
(อุปนิสัย เจ็บประคบร้า)
พ.ต.ก.๗๗๗ (๑๗๗๗) กองทุนงานแพทย์ รพ.ตร.
พ.ต.ก.๗๗๗ (๑๗๗๗) กองทุนงานแพทย์ รพ.ตร.

พ.ต.ก.๘๘๘ (๑๘๘๘)
ประมวลกฎหมาย
(อนุรักษ์ เนียมอนุรักษ์)
นพ.(สบ ๓)กศุ่นราน อายุรกรรม รพ.ตร.

พ.ต.ก.๙๙๙ (๑๙๙๙)
กรรมการ
(เกริกษ์ เพชรธนกุลนรรักษ์)
นพ.(สบ ๓)กศุ่นราน อายุรกรรม รพ.ตร.

ร.ต.ก.๘๘๘ (๑๘๘๘)
กรรมการ
(สกลวิชช์ มนต์ไตรเวศย์)
นพ.(สบ ๓)กศุ่นราน อายุรกรรม รพ.ตร.

๓.๒.๑.๒๑. สามารถเก็บข้อมูลสิริวิทยาไฟฟ้าหัวใจได้ในตัวเครื่อง และสามารถทำการบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวได้

๓.๒.๑.๒๒. สามารถรองรับการบันทึกข้อมูลแบบ CD , DVD และ USB ได้

๓.๒.๑.๒๓. จ่อแสดงภาพมีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๕๒๐ X ๑๒๐๐ Pixels สำหรับแสดงผล และสามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงที่ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลได้ เมื่อย้อนกันทั้งสองช่องภาพ

๓.๒.๑.๒๔. สามารถเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล ด้วย Fiber Optic Cable

๓.๒.๒. เครื่องขยายสัญญาณ (Amplifier) มีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๒.๒.๑. สามารถรับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ ๑๒ leads

๓.๒.๒.๒. สามารถรับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าภายในห้องหัวใจได้จากสายสวนหัวใจได้ ไม่น้อยกว่า ๘๐ สัญญาณ

๓.๓. เครื่องตรวจและอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องสร้างถูกต้องตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ หรือเทียบเท่า เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ

๔.๑. ชนิดเป็นพิมุนได้อ่ายอิสระสามารถเป็นแก๊สอินย้ายและล็อกคล๊อตได้ จำนวน ๑ ชุด

๔.๒. ขาดสาย Cable ที่ใช้ต่อ กับอุปกรณ์แต่ละชิ้น จำนวน ๑ ชุด


๔.๓. ห่วงสือคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ ๑ ชุด

๕. การทดสอบและผล

๕.๑. ตรวจพิสูจน์ความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓ และ ๔

๕.๒. ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

พ.ก.ท.๘.๗.๙



๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

๖.๑. รับประกันคุณภาพพร้อมทั้งประกันความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยจะต้องมีอย่างน้อยพร้อมให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

๖.๒. ในระยะเวลาประกัน หากเครื่องเกิดขัดข้องทางบริษัทต้องส่งศูนย์รวมตรวจสอบแก้ไข ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติภายใน ๒๕ ชั่วโมง นับตั้งแต่วันที่หน่วยงานแจ้งให้ทราบและกรณีที่ต้องรออะไหล่จากต่างประเทศจะต้องซ่อมแซมเครื่องให้ใช้ได้ภายในระยะเวลา ๕ วันทำการ หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ตามระยะเวลาที่กำหนดบริษัทจะส่งเครื่องที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้ยังดีมาทดแทนจนกว่าจะซ่อมแซมแล้ว เสรีจ

สำเนาถูกต้อง

พ.ก.ท.๘.๗.๙

(อารพันธ์ ใจประภา)
กรรมการ พยานหลัก (สม3) กรรมการ พยานหลัก (บก.๑) กรรมการ พยานหลัก (บก.๒)

พ.ก.ท.

ประธานกรรมการ

พ.ก.ท.

/

๘

(อนุรักษ์ เจียมอนุกุลกิจ)

นพ.(สบ ๔) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

(ไกรฤทธิ์ เชษฐกุณาธกุจ)

นพ.(สบ ๑) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

(สกลวัชร มนต์ไตรเวศ)

นพ.(สบ ๑) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

- ๖.๓. ทุกๆ ๕ เดือน ตลอดระยะเวลา rับประทาน (นับแต่วันที่ตรวจรับ) ผู้ชายต้องส่งวิศวกรรมมาดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องรวมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อให้เครื่องทำงานได้ตามปกติ พร้อมทั้งส่งเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ, อาการที่เสียรวมทั้งรายการของไนล์ที่ได้เปลี่ยนไปทั้งหมดคลอดระยะเวลา rับประทานให้ทางหน่วยงานทราบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา rับประทาน
- ๖.๔. ผู้ชายจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงานโดยได้รับรองจากผู้ผลิตมาเข้าฝึกอบรมการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หรือจนสามารถ自理งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

พ.ต.อ.

ประธานกรรมการ

(อนุรักษ์ เนียมอนุญาติกิจ)

นพ.(สบ ๒) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

พ.ต.ท.

กรรมการ

(ไกรฤทธิ์ เนษฐ์กุลานุภักษา)

นพ.(สบ ๓) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

ร.ต.ท.

กรรมการ

(สกลรัชร มนต์เตชะเวทย์)

นพ.(สบ ๑) กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

เห็นชอบ

พ.ต.อ. พ.

(ธรัตน์ พงษ์พาณิช)

นพ.(สบ ๒) ปริญติพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม รพ.ตร.

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพลัด รพ.ตร. ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะพิเศษฯ ที่เสนอในการประชุม

ก.พ.ส.ส.๔๘/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ต.อ. พ.

ผู้จัดทำ นพ. พ.

ผู้จัดทำ นพ. พ.

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.อ. พ. (๑๖๘) (ยาร์กินส์ เลี้่งประภา)

พ.ย. พ. (๑๖๘) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ

ให้แก่ไขคุณลักษณะเฉพาะฯ

ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะแก่ไขจาก “ชุดตรวจวิเคราะห์รักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะและชุดสร้างภาพ ๓ มิติ” เป็น “เครื่องตรวจวิเคราะห์และรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดทั่วไป พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องตรวจสิริวิทยาไฟฟ้า หัวใจ ชนิดสร้างภาพ ๓ มิติ”

ตามอนุมัติ ผหค พิเศษ ตร.รรท.รอง พต.ปรท.พต.ร. ลง ๑๕ ม.ย. ๖๕ ท้ายหนังสือ

งานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ กบ.บก.อภ.รพ.ตร. ที่ ๐๐๓๖.๑๔๔/๑๗๑๙ ลง ๑๐ ม.ย. ๖๕

ให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะฯ



เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ

สำเนาถูกต้อง

นาย พ.ต.อ. ทัญชัย
(สุจินด์) วงศ์สุขุมชัย
ผู้อำนวยการ (อ.บ.) ก่อสร้างงานพยาบาล ๒๖๘.๓๗