

รพ.ตร. อนุมัติ ลงวันที่ 9 ก.พ. 66

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดิทัศน์ จอภาพระบบสัมผัส
(Video Laryngoscope)

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

- 1.1 เพื่อใช้ในผู้ป่วยที่คาดการณ์หรือมีภาวะใส่ท่อช่วยหายใจยาก ให้สามารถใส่ท่อช่วยหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน และลดโอกาสบาดเจ็บต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบน
- 1.2 เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพของทางเดินหายใจส่วนบน บริเวณช่องปาก คอหอย และกล่องเสียง
- 1.3 เพื่อช่วยในการสอนแสดงการใส่ท่อช่วยหายใจ

2. ลักษณะทั่วไป ประกอบด้วย

- 2.1 จอแสดงภาพ (Monitor) จำนวน 1 จอ
- 2.2 ชุดใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์แบบนำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Reusable Video Laryngoscope) จำนวน 2 ชุด
- 2.3 ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ความถี่ 50/60 เฮิร์ตซ์
- 2.4 มีแบตเตอรี่สำรองชนิดประจุไฟฟ้าใหม่ได้ เมื่อบรรจุไฟเต็มสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 120 นาที

3. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

- 3.1 จอแสดงภาพ (Monitor) มีคุณสมบัติดังนี้
 - 3.1.1 หน้าจอเป็นจอภาพสี ระบบสัมผัส (Touchscreen) มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว (วัดเส้นทแยงมุม)
 - 3.1.2 มีความละเอียดหน้าจอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 1,280 x 800 พิกเซล
 - 3.1.3 รองรับการต่อกล้องได้จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว ด้วยช่องรับสัญญาณ 2 ช่อง
 - 3.1.4 รองรับการใช้งานร่วมกับกล้องส่องหลอดลมและปอด (Disposable Flexible Bronchoscope)
 - 3.1.5 แสดงภาพจากกล้องส่องคอ (Video laryngoscope) และกล้องส่องหลอดลม (Flexible Bronchoscope) (ถ้ามี) สามารถต่อใช้งานได้พร้อมกันบนจอแบบ Picture-in-picture หรือ Side-by-Side mode
 - 3.1.6 มีช่องสัญญาณภาพออก ชนิด HDMI
 - 3.1.7 สามารถบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวไว้ในหน่วยความจำของตัวเครื่องได้ ในขณะที่ส่องตรวจ
 - 3.1.8 สามารถแสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ย้อนหลังได้ บนหน้าจอเครื่อง
 - 3.1.9 สามารถถ่ายโอนข้อมูลที่บันทึกจากหน่วยความจำของตัวเครื่องไปยังหน่วยความจำชนิด USB card ได้
- 3.2 ชุดใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์แบบนำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Reusable Video Laryngoscope) มีคุณสมบัติดังนี้
 - 3.2.1 สามารถใช้งานร่วมกับจอแสดงภาพได้ โดยการเชื่อมต่อผ่านสาย Connecting cable
 - 3.2.2 ด้ามจับ (Handle) และแผ่นส่องตรวจชนิดโค้ง (Blade) ประกอบเป็นชิ้นเดียวกัน ทำด้วยโลหะชนิดไทเทเนียม มีความแข็งแรง และมีคุณสมบัติไม่เป็นสนิม ภายในประกอบด้วยกล้องรับภาพสี ระบบดิจิทัล และไฟส่องสว่างชนิด LED สำหรับให้ความสว่างและรับภาพได้ชัดเจน ประกอบสำเร็จเป็นชุดเดียวกัน
 - 3.2.3 มีขนาดที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้ได้กับผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่



พ.ศ. ๖.

จำนวน 2 ชุด

พ.ศ.๖หญิง

(ธนาวรรณ มาเชโด)

ประธานกรรมการ

พ.ศ.ท.หญิง รศ.ดร.โรจน์โรจน์

(สมปอง โชคดี)

กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.อ

กรรมการ

นพ.(สบ 5) หน.กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.

พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.

นพ.(สบ 1) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.

พ.ศ.๖หญิง

(ธนาวรรณ มาเชโด)

นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.

พ.ศ.๖หญิง

(ปารณีย์ เยี่ยมภพ)

นพ.(สบ 1) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.

- 3.2.4 เป็นชนิดนำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Reusable) และสามารถทำความสะอาดได้ด้วยวิธี High Level Disinfection.
- 3.2.5 กล้องรับภาพมีระบบป้องกันการเกิดฝ้า (Anti-Fogging)
- 3.2.6 สามารถกันน้ำได้ตามมาตรฐานระดับ IPX8



4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

- | | |
|---|---------------|
| 4.1 สายเชื่อมต่อสัญญาณสำหรับต่อก้องแบบ Reusable กับจอแสดงภาพ | จำนวน 1 เส้น |
| 4.2 Reusable Video Laryngoscope แบบโค้งสำหรับ Difficult เบอร์ 4 | จำนวน 1 ชิ้น |
| 4.3 Reusable Video Laryngoscope แบบโค้งสำหรับ Difficult เบอร์ 3 | จำนวน 1 ชิ้น |
| 4.4 Rigid Stylet | จำนวน 2 ชิ้น |
| 4.5 Mobile stand | จำนวน 1 ชุด |
| 4.6 หนังสือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ | อย่างละ 1 ชุด |

5. การทดสอบและผล

- 5.1 ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ 2, 3 และ 4
- 5.2 ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

6. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 6.1 ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้แทนจำหน่าย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย
- 6.2 ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพพร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ โดยจะต้องมีอะไหล่ไว้พร้อมบริการตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 6.3 ผู้ขายจะต้องจัดอบรมวิธีการใช้งานและวิธีการการรักษากับผู้ใช้ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือจนกว่าจะใช้งานได้ดี
- 6.4 ในระหว่างรับประกัน ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่/วิศวกร มาตรวจและบำรุงรักษาทุก 6 เดือน พร้อมเอกสารแสดงวิธีการตรวจสอบและแจ้งผลการบำรุงรักษาให้หน่วยงานทราบทุกครั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- 6.5 ในระหว่างประกัน หากพบว่าเครื่องหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้แจ้ง หากมีการแก้ไข 3 ครั้งแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ดีตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องใหม่ซึ่งไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและสามารถใช้งานได้ดีตามปกติ มาเปลี่ยนภายใน 7 วัน โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- 6.6 ผู้ขายต้องรับผิดชอบปรับปรุงโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย (Update Program/Software) รวมถึง Hardware ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

พ.ศ.อ.หญิง

(ธนาวรรณ มาเชโต)

นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.

พ.ศ.อ.หญิง

(ธนาวรรณ มาเชโต)

นพ.(สบ 5) หน.กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.

ประธานกรรมการ

พ.ศ.ท. หญิง

(สมปอง โชคศิริ)

พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.

กรรมการ

ว่าที่ ร.ศ.อ

(ปารณัท เยี่ยมภพ)

นพ.(สบ 1) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.

พ.ต.อ.หญิง ⁵ ประธานกรรมการ
(ธนาวรรณ มาเซโต)

นพ.(สบ 5) ทน.กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.

พ.ต.ท.หญิง ^{วิมล ใจจง} กรรมการ
(สมปอง โชคศิริ)

พยาบาล (สบ 3) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.

ว่าที่ ร.ต.อ. ^{ฉันท} กรรมการ
(ปารณัท เขี่ยมภพ)

นพ.(สบ 1) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.

เห็นชอบ

พ.ต.อ.หญิง ⁵ ประธานกรรมการ
(ธนาวรรณ มาเซโต)

นพ.(สบ ๕) ทน.กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคณะคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รพ.ตร.

ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่เสนอในคราวประชุม



เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคณะคุณลักษณะเฉพาะฯ

พ.ต.อ.หญิง ⁵
(ธนาวรรณ มาเซโต)

นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๑. ความเป็นมา

ชื่อโครงการ : ชื่อเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดีทัศน์ จอภาพระบบสัมผัส (Video Laryngoscope)

จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

เงินงบประมาณโครงการ : ในวงเงิน ๒,๕๕๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ราคากลาง : ในวงเงิน ๒,๕๕๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ มีเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดีทัศน์ จอภาพระบบสัมผัส (Video Laryngoscope) จำนวน ๓ เครื่อง ไว้เพื่อใช้ปฏิบัติการกึ่งราชการ

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่มีอาชีพขาย เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดีทัศน์ จอภาพระบบสัมผัส (Video Laryngoscope) จำนวน ๓ เครื่อง ที่ต้องการซื้อในครั้งนี้ หรือหากเป็นผู้ประกอบการ SMEs ต้องขึ้นทะเบียนและลงบัญชีรายการสินค้าในเว็บไซต์สำนักงานวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) ด้วย พร้อมให้แนบหลักฐาน

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดีทัศน์ จอภาพระบบสัมผัส (Video Laryngoscope) เลขที่ ๙-๖๖ โรงพยาบาลตำรวจ อนุมัติ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๕. ระยะเวลาส่งมอบ

ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะพิจารณาคัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา พิจารณาจากราคารวม และพิจารณาจากเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

๗. วงเงินในการจัดหา

จำนวนเงินทั้งสิ้น : ๒,๕๕๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

โดยเบิกจ่ายจากเงินสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

โดยให้ส่งมอบจำนวน ๑ งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ งวด

๙. อัตราค่าปรับ

คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพพร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองบังคับการอำนวยการ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๑๒. เงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

หากแม้ผู้ขาย/คู่สัญญาเป็น ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ให้ผู้ขายหรือคู่สัญญา แสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯ ด้วย ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๑๓. สถานที่ติดต่อ

๑๓.๑ ทางจดหมายลงทะเบียน ส่งถึง ผู้บังคับการอำนวยการ ที่อยู่ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๐๗-๖๐๗๐

๑๓.๒ website : www.policehospital.org หรือ www.gprocurement.go.th

๑๓.๓ e-mail address : JATTHA2@hotmail.com

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

พันตำรวจเอกหญิง

ประธานกรรมการ

(ชนาวรรณ มาเชไต)

พันตำรวจโทหญิง

กรรมการ

(สมปอง โชคศิริ)

ว่าที่ ร้อยตำรวจตรีหญิง

กรรมการ

(นวลจันทร์ เจียรพัทรักษ์)

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดิทัศน์ จอภาพระบบสัมผัส (Video Laryngoscope) จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑.๒ ความเป็นมา โรงพยาบาลตำรวจต้องการจัดซื้อ เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดิทัศน์ จอภาพระบบสัมผัส (Video Laryngoscope) จำนวน ๓ เครื่อง

๑.๓ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ มีเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดิทัศน์ จอภาพระบบสัมผัส (Video Laryngoscope) จำนวน ๓ เครื่อง ไว้เพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจราชการ

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาลตำรวจ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่ได้มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่ตึงเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค่าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณี...

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติ

ล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นเอกสารขณะเข้าเสนอราคา

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

เอกสารแนบ ๑ คุณลักษณะเฉพาะ

เอกสารแนบ ๒ ร่างขอบเขต

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. งานรองและการจ่ายเงิน

โรงพยาบาลตำรวจ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตาม สัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และโรงพยาบาลตำรวจได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงพยาบาลตำรวจ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๗. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๘. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


๙. สถานที่ติดต่อ

๙.๑ ทางจดหมายลงทะเบียน ส่งถึง ผู้บังคับการอำนวยการ ที่อยู่ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๐๗-๖๐๗๐




๙.๒ website : www.policehospital.org หรือ www.gprocurement.go.th

๙.๓ e-mail address : JATTHA2@hotmail.com

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

พันตำรวจเอกหญิง	 (ชนาวรรณ มาเชไต)	ประธานกรรมการ
พันตำรวจโทหญิง	 (สมปอง โชคศิริ)	กรรมการ
ว่าที่ ร้อยตำรวจตรีหญิง	 (นวลจันทร์ เจียรพัทรักษ์)	กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดีทัศน์ จอภาพระบบสัมผัส (Video Laryngoscope) จำนวน ๓ เครื่อง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร.
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒,๕๕๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๒,๕๕๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) เป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ พ.ต.อ.หญิง 
(ธนาวรรณ มาเชไต)
 - ๖.๒ พ.ต.ท.หญิง 
(สมปอง ไชคศิริ)
 - ๖.๓ ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง 
(นวลจันทร์ เจียรพัทรักษ์)