

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

- ๑.๑ ชื่อโครงการ ประมวลราคาซื้อเครื่องน้ำยาฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำอัดโนมติ แบบ ๒ ประทุ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ๑.๒ ความเป็นมา โรงพยาบาลต่าราฐ ต้องการจัดซื้อ เครื่องน้ำยาฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำอัดโนมติ แบบ ๒ ประทุ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง ใช้ในราชการ
- ๑.๓ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อกลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลต่าราฐ มี เครื่องน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ด้วยไอน้ำอัดโนมติ แบบ ๒ ประทุ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง ใช้ทดแทนเครื่องน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ด้วยไอน้ำเดิม ซึ่งเสื่อมสภาพ เนื่องจากใช้งานมา ๒๐ ปีและยกเลิกการผลิตอะไหล่แล้ว
- ๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรุ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกห้ามไม่ให้ได้รับผู้ที่งานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังที่ห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาค รัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ชัดเจนร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาลต่าราฐ ณ วัน ประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ใน การเสนอราคาครั้งนี้
- ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารลักษณ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เน้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี คำสั่งถอดเอกสารลักษณ์และความคุ้มกันเข่นวันนั้น
- ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน เอกสารเชิญชวน เน้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่ง เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้ามีความสามารถใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าก้ามหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาทติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดा ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบาทในมูลค่า ๑ ใน ๕ ของมูลค่าคงประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ซึ่งการจัดซื้อจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งแต่กว่าครึ่งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมิได้มีเพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินเดือนเพื่อเพิ่มมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่ดีจนเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินเดือนเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่าคงประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค้าประภัณ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งไว้ในให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินเดือนเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถ้วนวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาธุรกิจ การ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

เอกสารแนบ ๑ คุณลักษณะเฉพาะเครื่องบีบ้ำเข็มกระดับไอน้ำอัตโนมัติ แบบ ๒ ประดุจขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลิตร เลขที่ ๑๖-๖๗ โรงพยาบาลตำรวจ อนุเมติ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๗ และรายละเอียดแนบท้าย
คุณลักษณะเฉพาะ (เพิ่มเติม)

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพื้นที่

ระยะเวลาส่งมอบ ๑๘๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

๕. งานงานและการจ่ายเงิน

โรงพยาบาลตำรวจ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการตัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซึ่งขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และโรงพยาบาลตำรวจได้ตรวจสอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาตัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงพยาบาลตำรวจ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตรา率อย่าง ๐.๒๐ ของราคากำลังของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๘. การกำหนดระยะเวลาที่ต้องรับประทานความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประทานความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อเป็นเวลา ๒ ปีนับตั้งจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดให้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายใต้กำหนดระยะเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๓ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๙. สถานที่ติดต่อ

๙.๑ ทางจดหมายลงทะเบียน ส่งถึง ผู้บังคับการอำนวยการ ที่อยู่ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจนครบาล แขวงเขตตุ้มปุ่ม ถนนพระรามที่ ๑ เขตป้อมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๐๗-๖๐๗๐

๙.๒ website : www.policehospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

๙.๓ e-mail address : JATTHA2@hotmail.com

จึงถอยรายมือซึ่งได้เป็นหลักฐาน

พันตำรวจเอกหญิง

ประธานกรรมการ

(สมบูรณ์ สุขสิต)

พันตำรวจเอกหญิง

กรรมการ

(กมลนิชา รัตนพิพากุล)

พันตำรวจโทหญิง

กรรมการ

(จิติกอร์ ฤทธพัทศรีวรา)

รพ.ตร. อนุเมติ ลงวันที่ 18 ก.ย. 67

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำอัดโนมัติ แบบ ๒ ประดุ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลิตร

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับนึ่งทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ ในเครื่องนี้ เชื้อจะใช้ และสอดอุปกรณ์ทางการแพทย์

๒. ลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นเครื่องนึ่งทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำอัดโนมัติ แบบ ๒ ประดุ

๒.๒ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๔๐๐ โวลต์, ความถี่ ๕๐ เฮิรตซ์, ๓ เพส พร้อมติดตั้งสายดิน

๓. คุณลักษณะทางวิชาการ

๓.๑ เป็นเครื่องนึ่งทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ แบบสูญญากาศ ภายใต้แรงดันสูง โดยทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่ต้นจนจบโปรแกรมการนึ่งฆ่าเชื้อโรค

๓.๒ ห้องนึ่ง มีขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลิตร

๓.๓ ขนาดของเครื่องภายนอก กว้าง x สูง x ลึก x สูง มีขนาดไม่น่ากว่า ๙๙๖ x ๒๗๓ x ๒๔๐ มิลลิเมตร

๓.๔ มีประดุปิดปิด ด้านหน้าและด้านหลังเครื่อง ด้านละ ๑ ประดุ เลื่อนขึ้นลงในแนวตั้ง

๓.๕ โครงผังด้านหน้าหรือด้านข้างของเครื่องนึ่งสามารถเปิดออกได้ เพื่อย่างต่อการบำรุงรักษา

๓.๖ มีเครื่องกำเนิดไอน้ำ ติดตั้งมาภายในตัวเครื่อง

๓.๗ ผนังด้านในห้องนึ่ง ทำจากโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel) เกรดไม่น้อยกว่า AISI ๓๑๖ L ทนต่อการกัดกร่อน สามารถทนแรงดันไอน้ำได้

๓.๘ ผนังด้านนอกห้องนึ่ง ทำจากโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel) ทนต่อการกัดกร่อน เกรดไม่น้อยกว่า AISI ๓๑๖ L หรือ AISI ๓๑๖Ti

๓.๙ จอแสดงผลหน้าจอสีแบบสัมผัส สามารถเลือกโปรแกรมการทำงาน ปรับตั้งค่า สถานะต่างๆ เมื่อเครื่องทำงาน

๓.๑๐ การทำงานสามารถตั้งค่า โปรแกรมมาตรฐาน , โปรแกรมการตรวจสอบเครื่อง และโปรแกรมนึ่งฆ่าเชื้อวัวบ้า (Prion) และอื่นๆ รวมไม่น้อยกว่า ๘ ในโปรแกรม

๓.๑๑ มีระบบเก็บข้อมูลการทำงาน และข้อมูลพลาดต่างๆ และสามารถเชื่อมต่อกับระบบติดตามข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ในหน่วยงานได้

๓.๑๒ มีปุ่มฉุกเฉินเพื่อหยุดการทำงาน

๓.๑๓ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ , ISO ๑๕๐๐๑ หรือ ISO ๑๓๔๘๕ และ EN ๒๘๕ หรือ มาตรฐานจากยุโรปอื่นๆ

ว่าที่ ร.ต.อ. หฤทัย ภูมิ ป.ป.ส.

(กันกาญจน์ ประไกร)

รอง สร.ฝร.ปฏิบัติราชการ กบ.บก.อ.ก.รพ.ตร.

๒๗ ก.ย. ๖๗

พ.ต.อ. หฤทัย  ประธานกรรมการ
(สมบูรณ์ สุโขสิต)
พยาบาล (สบต) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.พ.ต.ท. หฤทัย ป.ป.ส. กรรมการ
(จิติกัลร์ ฤกุพัทธ์ศรีรา)

พยาบาล (สบต) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

พ.ต.ท. หฤทัย ป.ป.ส. กรรมการ
(อภิสิทธิ์ ปานน้อย)
พยาบาล (สบต) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

สำเนาถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ ผู้ต้องข้อหา
พ.ต.ท. หฤทัย (ลายเซ็น)เจ้าหน้าที่ ผู้ต้องข้อหา
พ.ต.ท. หฤทัย (ลายเซ็น)

รพ.ตร. อนุมัติ ลงวันที่ 18 ก.ย. 67

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของไฟล์

๔.๑ ร่างสำหรับจัดเรียงมือเข้าและออกจากห้องน้ำ แบบอัตโนมัติ (Automatic loading and unloading) ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๔.๒ ชั้นสำหรับบรรจุเครื่องมือ เข้าห้องน้ำ ทำจากโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel) ตามมาตรฐานของผู้ผลิต จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด (ใน ๑ ชุดสามารถวางชั้นสำหรับบรรจุเครื่องมือ ได้เต็มความจุของตู้น้ำ)

๔.๓ รถเข็น สำหรับวางชั้นสำหรับบรรจุเครื่องมือเข้าห้องน้ำ ทำจากโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel) ตามมาตรฐานของผู้ผลิต จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด (ใน ๑ ชุดสามารถวางชั้นสำหรับบรรจุเครื่องมือ ได้เต็มความจุของตู้น้ำ)

๔.๔ ตะกร้าบรรจุเครื่องมือเข้าห้องน้ำ ทำจากโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel) ตามมาตรฐานของผู้ผลิต จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ใบ

๔.๕ หนังสือคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน ๖ ชุด

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจพิจารณาความเรียบร้อยตามข้อ ๒, ๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

๖.๑ รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และจะต้องมีอย่างน้อย ให้บริการตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๖.๒ ผู้ขายจะต้องจัดอบรมการใช้งาน และวิธีการบำรุงรักษาให้กับผู้ที่ใช้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง หรือจนกว่าจะใช้งานได้ดี

๖.๓ ผู้ขายจะต้องประกอบสำเร็จรูป และติดตั้งตัวเครื่องใหม่ เพื่อวางแผนเครื่องเดิม พร้อมเดินระบบสายไฟฟ้า ระบบสายดิน เชื่อมต่อระบบท่อน้ำ soft และ น้ำ RO. เข้าเครื่อง ติดตั้งท่อน้ำทึบและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น ให้พร้อมใช้งาน และเรียบร้อย ตามที่ทางราชการกำหนด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๖.๔ ผู้ขายจะต้องติดตั้งฉากกันความร้อนด้านบน, ติดตั้งระบบดูดความร้อน เพื่อรับอากาศ ทั้งด้านข้าง และด้านประทุหลังของเครื่องน้ำ

๖.๕ ผู้ขายจะต้องติดตั้งการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมปฏิบัติการ ที่ใช้ในหน่วยงาน ให้พร้อมใช้งาน และเรียบร้อยตามที่ทางราชการกำหนด และพร้อมเปิดระบบการเชื่อมต่อกับระบบติดตามข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ในโรงพยาบาลต่างๆ เมื่อถูกเรียกขอ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๖.๖ ในระหว่างประกัน หากพบว่าเครื่องหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่อง ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ได้แจ้ง หากมีการแก้ไข ๓ ครั้ง แล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ดีตามปกติ ผู้ขายจะต้องนำเครื่องใหม่ซึ่งไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และสามารถใช้งานได้ดีตามปกติมาเปลี่ยนภายใน ๙๐ วัน และรับผิดชอบจัดหาหน่วยงานที่ทำประศาจากเชื้อทุบเทือนชั่วคราว โดยไม่คิดมูลค่า และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น



พ.ศ.๒๕๖๗

พ.ศ.๒๕๖๗ ประธานกรรมการ
(สมบูรณ์ สุโขสิต)
พยาบาล (สบ๑) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

พ.ศ.๒๕๖๗ กรรมการ
(จิติกัลร์ ฤทธิพัทธ์ศรีวรา)
พยาบาล (สบ๑) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.
พ.ศ.๒๕๖๗ กรรมการ
(อภิสิทธิ์ ปานน้อย)
พยาบาล (สบ๑) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง ๒๕๖๗

(กนกกาญจน์ ประไกร)

รอง สร.ฝร.ปฏิบัติราชการ กบ.บก.อกรพ.ตร.

๒๕๖๗ ก.ย. ๖๗

(ลักษณะ ๑๗๑ กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.)

พยาบาล (สบ๑) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

รพ.ตร. อนุเมติ ลงวันที่ 18 ก.ย. 67

๖.๗ ในระหว่างรับประทาน ผู้ชายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ / วิศวกร มาตรวจสอบและบำรุงรักษา ทุก ๓ เดือน
พร้อมมีเอกสารแสดงวิธีการตรวจสอบ และแจ้งผลการบำรุงรักษาให้หน่วยงานทราบทุกครั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

พ.ต.อ. หญิง

ประธานกรรมการ

(สมบูรณ์ สุโขสิต)

พยาบาล (สบ ๕) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

พ.ต.ท. หญิง

กรรมการ

(จิตวิญญาณ ภูลพัทธ์ศรีวรา)

พยาบาล (สบ ๓) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

พ.ต.ท. ดร.วิชัย ปานน้อย กรรมการ

(อภิสิทธิ์ ปานน้อย)

พยาบาล (สบ ๓) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

เห็นชอบ

พ.ต.อ. หญิง

(คเนนนิจ สิงห์ไกร)

พยาบาล (สบ ๕) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

สำเนาถูกต้อง

ร.ต. อ. หญิง ประจำ

(กนกกาญจน์ ประไกร)

รอง สว.ฝร.ปฏิบัติราชการ กบ.บก.อ.ก.รพ.ตร.

๑๔ ๙ ก.ย. ๖๗

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพสุด รพ.ตร.

ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่เสนอในคราวประชุม

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๗



พ.ต.ท.

(สังฆราช ธรรมรงค์ ธรรมรงค์วงศ์)

รอง ผก.ฯ ปรท.คก.กบ.บก.อ.ก.รพ.ตร./

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.ท. หญิง

(จิตวิญญาณ ภูลพัทธ์ศรีวรา)

พยาบาล (สบ ๓) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

รายละเอียดแบบท้ายคุณลักษณะเฉพาะ (เพิ่มเติม)

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำอัตโนมัติ แบบ ๒ ประดุ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ลิตร

๑. ผู้เสนอราคา จะต้องมีการเดินสายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) รวมถึงระบบสายดิน พร้อมอุปกรณ์พิวส์แรงดัน และอุปกรณ์ตัดตอนอัตโนมัติ ที่ขนาดเหมาะสมกับการใช้งานของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำอัตโนมัติ และเขื่อมต่อระบบไฟฟ้าจากภาคใต้ของประเทศไทย แล้วผู้เสนอราคา จะต้องจัดเตรียมท่อน้ำเข้า ห้องน้ำทึ้งตามจุดที่ทางโรงพยาบาลได้กำหนดให้ และต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งความปลอดภัย จนสามารถใช้งานได้ดี ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน ในการติดตั้งหากเกิดการเสียหายกับสถานที่ติดตั้ง จะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม
๒. ผู้เสนอรา飮จะต้องติดตั้งเครื่องให้เป็นแนวเดียวกัน และติดตั้งผาผนังให้ปิดมิดชิด ตั้งแต่พื้นจรดเพดาน ทั้งด้านหน้าและหลัง ของเครื่องนึ่ง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องระบายน้ำร้อน
๓. ผู้เสนอรา飮จะต้องฝึกสอนการซ่อมบำรุงเบื้องต้นให้แก่ช่างของโรงพยาบาล จนสามารถดูแลเครื่องเบื้องต้นเองได้ต่อเนื่องหลังจากหมดประกัน
๔. ผู้เสนอรา飮 จะต้องไม่เคยบอกเลิกการเข้าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ของทางบริษัทที่เคยขายให้หน่วยเวชภัณฑ์ปลดปล่อยเชื้อ ในหน่วยงานอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ ด้วยเหตุผลจากความไม่พร้อมของทางผู้เสนอรา飮
๕. ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาบำรุงเครื่องตลอดจนอุปกรณ์ซ่อมต่อ และระบบปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ในส่วนของเครื่องนึ่ง หลังหมดระยะเวลาประกันสินค้า (แบบไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒ เดือน ต้องไม่มากกว่า ๓ % ของรา飮เครื่อง
๖. คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ ต่อทางราชการเพิ่มเติม
 - ต้องสามารถจัดเรียงอุปกรณ์เข้าด้วยกันแบบผสม (Mix load) ทั้งโหลดที่เป็นตะกร้า และโหลดที่เป็น Shelf rack ได้
 - ความชัดเจนของตัวเลขหน้าจอแสดงเวลาการทำงานที่เหลือ เพื่อการมองเห็นได้จากระยะไกล ตัวอักษรมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒ เซนติเมตร
 - มีระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Tracking พร้อมทั้งอุปกรณ์ติดตั้ง เพื่อเขื่อมต่อในการบันทึกข้อมูลของตู้นึ่ง และมี Traceability Software (ไม่รวมอุปกรณ์เพิ่มเติม) ขยายการเขื่อมต่อใช้งานในกระบวนการอื่นๆของหน่วยเวชภัณฑ์ปลดปล่อยเชื้อ โรงพยาบาลตัวราช ไปยังหน่วยงานอื่น เช่น ห้องผ่าตัด และห้องผู้ป่วยในโรงพยาบาลตัวราช จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ จุด ใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม และมีเอกสารแสดงว่ามีการใช้งาน ระบบ Tracking ในหน่วยงานในประเทศไทย จริง ๒ แห่ง อย่างน้อย ๓ ปี หรือทำการเขื่อมต่อระบบติดตามข้อมูลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้เสนอรา飮เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเขื่อมต่อ ทั้งหมด
 - มีช่างผู้ทำการในดูแลรักษาบำรุงเครื่องตลอดจนอุปกรณ์ซ่อมต่อ และระบบปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ในส่วนของเครื่องนึ่ง อยู่ประจำหน่วยงานเวชภัณฑ์ปลดปล่อยเชื้อ โรงพยาบาลตัวราช ในวันทำการของทางราชการ เพื่อความสะดวก ลดข้อผิดพลาดในการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
 - มีข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

๗. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ทางโรงพยาบาล
ดำเนินการกำหนดทั้งหมดกับรายละเอียดที่เสนอ โดยระบุเอกสารอ้างอิง แค็ตตาล็อก ให้ถูกต้อง พร้อมทั้ง
ขึ้นสันได้ระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน โดยต้องส่งมาพร้อมกับเอกสารแสดงคุณลักษณะเฉพาะ
ตามตัวอย่าง

รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ที่ทางโรงพยาบาลดำเนินการกำหนด	รายละเอียดที่ผู้เสนอกำหนด	เอกสารอ้างอิง (ระบุเลขหน้า)

๘. ราคากรุภัณฑ์ที่เสนอ ต้องเป็นราคารวมภาษีทุกชนิด และค่าใช้จ่าย ประกอบการติดตั้งอื่นๆ ตลอดจน
ค่าขนส่ง

พันต้นตรวจเอกสาร

ประธานกรรมการ

(สมบูรณ์ สุโขเสิด)

พยาบาล (สบ ๕) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลต้นตรวจ

พันต้นตรวจเอกสาร

กรรมการ

(กมลนิชา รัตนถิตะกุล)

พยาบาล (สบ ๔) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลต้นตรวจ

พันต้นตรวจไฟฟ้า

กรรมการ

(จิติกัศร์ ฤลพัทธ์ศรีวรา)

พยาบาล (สบ ๓) กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลต้นตรวจ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาซื้อเครื่องน้ำยาเชือโรคด้วยไอน้ำอัตโนมัติ แบบ ๒ ประดุจขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ลิตร จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยเวชภัณฑ์ปลดออกเสื้อ กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลที่ราชวิถี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **๕ มิถุนายน ๒๕๖๗**

เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจากห้องผลิต

(๑) บริษัท เกท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(๒) บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เฮอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ พั้นสำรวจเอกสารยื่น

ประธานกรรมการฯ

(สมบูรณ์ สุทธิศิริ)

๖.๒ พั้นสำรวจเอกสารยื่น

กรรมการ

(กมลนิชา รัตนกิตตากุล)

๖.๓ พั้นสำรวจเอกสารยื่น

กรรมการ

(จิตภัสร์ กลพัทธรรเวร)