

ร่างขอบเขตงาน  
การจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทางการแพทย์  
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๙๒ slice  
กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ

**๑. หลักการและเหตุผล**

กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ มีภารกิจในการให้บริการตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัย (Diagnostic radiology) แก่ข้าราชการตำรวจ ครอบคลุมด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๙๒ slice นี้ สามารถทำการตรวจทั้งในผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยทั่วไป ใช้ในการวินิจฉัยโรค ตรวจติดตาม และช่วยในการทำหัตถการทางรังสีร่วมรักษา เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาล ตำรวจ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

**๒. วัตถุประสงค์**

เพื่อบำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๙๒ slice ของ โรงพยาบาลตำรวจ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

**๓. ขอบเขตการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน**

ผู้รับจ้างต้องให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๙๒ slice รุ่น SOMATOM GO.ALL (CN) S/N ๑๗๘๗๑ รวมค่าบริการบำรุงรักษา บริการเรียกซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รวมอะไหล่พิเศษ ได้แก่ X-ray Tube และ Detector แต่ไม่รวมอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด และอะไหล่ที่ไม่ใช่ของ บริษัทผู้รับจ้าง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายเอกสารเลขที่ Q00๑๕ (๒) R๒\_๒๐๒๒)

รายการการตรวจสอบบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive Maintenance Checklist)

**๓.๑ การดูแลและบำรุงรักษาทั่วไป**

๓.๑.๑ ตรวจสอบสภาพทั่วๆ ไปทั้งภายในและภายนอกเครื่อง

๓.๑.๒ อ่านและวิเคราะห์ข้อความใน Logbook เพื่อประเมินหาข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น

๓.๑.๓ ตรวจสอบและหล่อลิ่น กลไกขับเคลื่อนของเตียงตามความเหมาะสมหรือเมื่อครบอายุ การใช้งาน

๓.๑.๔ ตรวจสอบและเปลี่ยนระบบกรองอากาศตามความเหมาะสมหรือเมื่อครบอายุการใช้งาน

๓.๑.๕ ตรวจสอบและทำความสะอาดตู้วงจรไฟฟ้า Computer Electronic ต่างๆ

๓.๑.๖ ตรวจสอบสภาพของ Gantry

๓.๑.๗ ตรวจสอบระบบ Cooling ทั้งหมด

๓.๑.๘ ตรวจสอบภายในเครื่อง แผงวงจรต่างๆ plug สายไฟ Monitor Screen และ Mouse

๓.๑.๙ ตรวจสอบ ICS/IRS และอุปกรณ์ประกอบ เช่น Monitor Mouse Keyboard Control Box เป็นต้น

/๓.๑.๑๐ ตรวจสอบการ...

พ.ต.อ หญิง

พ.ต.ต.

ร.ต.ท.

(ชัญญา ภารศิริ)

(ธีระพันธ์ แสงสวี)

(ธนาธร สันติธรรม)

๓.๑.๑๐ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ประกอบการจัดทำผู้ป่วย

๓.๑.๑๑ ตรวจเช็คการเชื่อมต่อระบบ Smart Remote Services (SRS) กับตัวเครื่อง (ถ้ามี)

### ๓.๒ การตรวจสอบด้านความปลอดภัย

๓.๒.๑ ตรวจสอบการทำงานของระบบขั้บเคลื่อนและเบรกหั้งหมุด

๓.๒.๒ ตรวจสอบระบบ ความปลอดภัย Safety Inspections

๓.๒.๓ ให้บริการ Safety Update ตามที่โรงพยาบาลกำหนด

๓.๒.๔ ตรวจสอบการทำงานของวงจร Emergency Stop ทั้ง Hardware และ Software เช่น STOP Watchdog

๓.๒.๕ ตรวจสอบการทำงานของวงจรป้องกันการปล่อยรังสีเกินกำหนด

๓.๒.๖ ตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟสัญญาณแสดงการปล่อยรังสี

๓.๒.๗ ตรวจสอบการทำงานของวงจรตัดสัญญาณจากประตู (ถ้ามี)

### ๓.๓ การบำรุงรักษาระบบจักรกล

๓.๓.๑ ตรวจสอบและทำความสะอาด Slip ring

๓.๓.๒ ตรวจสอบและทำความสะอาด Power Carbon Brush (เปลี่ยนเมื่อถึงกำหนด) (ถ้ามี)

๓.๓.๓ ตรวจสอบและทำความสะอาด Signal Carbon Brush (เปลี่ยนเมื่อถึงกำหนด) (ถ้ามี)

๓.๓.๔ ตรวจสอบและทำความสะอาด Air Filter บน Gantry (เปลี่ยนเมื่อถึงกำหนด) (ถ้ามี)

๓.๓.๕ ทำความสะอาดระบบหล่อเย็นของหลอดเอกซเรย์

๓.๓.๖ การบำรุงรักษาและหล่อลื่นกลไกของเตียง และ Gantry

๓.๓.๗ ตรวจสอบการทำงานและหล่อลื่น Tube Collimator

### ๓.๔ การตรวจสอบคุณภาพ

๓.๔.๑ ตรวจสอบค่าตัวแปรต่างๆ และคุณภาพของระบบ โดยการทำ Quality Test และทำการ Tune Up เมื่อค่าที่ได้ไม่ถูกในเกณฑ์มาตรฐาน

๓.๔.๒ ให้บริการ Modification Update Software โดยไม่คิดมูลค่าเฉพาะส่วนที่โรงพยาบาลกำหนด ทั้งนี้มีรวมถึงการ Upgrade อุปกรณ์ทุกชนิด ทั้ง Hardware และ Software

## ๔. การบริการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน (Preventive Maintenance)

๔.๑ ให้บริการบำรุงรักษาในวันและเวลาทำการคือ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ยกเว้น วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าทุกๆ ๔ เดือน หรือ ๓ ครั้งต่อปี

๔.๒ หากผู้ว่าจ้างปฏิเสธการบริการที่ผู้รับจ้างได้แจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าแล้ว เมื่อถึงกำหนดการชำระค่างวดตามสัญญาบริการบำรุงรักษา ผู้ว่าจ้างไม่สามารถนำเหตุดังกล่าวมาใช้ในการ ระงับการชำระค่าบริการบำรุงรักษาประจำเดือนนั้นๆ แต่อย่างใด

พ.ต.อ หญิง

พ.ต.ต.

ร.ต.ท.

/๔. การบริการซ่อมแซม...

(ชัยญา ภรณศิริ)

(ธีระพันธ์ แสงสวี)

(ธนาธร สันติธรรม)

#### ๔. การบริการซ่อมแซมแก้ไข (Corrective Maintenance)

๔.๑ ให้บริการซ่อมแซมแก้ไขในวันและเวลาทำการ คือ วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา ๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ยกเว้น วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และทุกครั้งที่ได้รับแจ้งจากทางผู้ว่าจัง ผู้รับ จ้างจะจัดส่งวิศวกรมาโดยเร็วที่สุด

๔.๒ ผู้รับจ้างให้การบริการของวิศวกรแบบรวมอยู่ในเดือน ดังนี้

๔.๒.๑ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รุ่น SOMATOMGO.ALL (CN) S/N ๑๙๘๙๙๙

๔.๒.๒ รวมการเปลี่ยนอะไหล่พิเศษเมื่อเสีย : X-ray Tube ๑ หลอด ต่ออายุสัญญาบริการ

๔.๒.๓ รวมการเปลี่ยนอะไหล่พิเศษเมื่อเสีย : Detector ๑ ชิ้น ต่ออายุสัญญาบริการ

๔.๒.๔ รวมการบำรุงรักษา UPS ๑ เครื่อง ไม่รวมการเปลี่ยน Battery

๔.๓ ไม่รวมอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิดที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อ ๔.๒ (อ้างอิงเอกสารเลขที่ Q00๑๕ (๒) RL\_๒๐๒๒) หรืออะไหล่ที่ไม่ใช่ของบริษัทผู้รับจ้าง และเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ในรายการที่ยกเว้น ผู้รับ จ้างจะเสนอราคากำไรเพิ่มสูงกว่าที่ตกลงไว้ แต่ไม่ต้องหักภาษี อากร ตามที่กฎหมายกำหนด

๔.๔ อะไหล่ของอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นเป็นอะไหล่ที่ถูกควบคุมเพื่อให้ได้มาตรฐานทางด้านคุณภาพ และความปลอดภัย จึงจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนอะไหล่เก่าที่ชำรุดส่งคืนโรงงาน ในกรณีที่ผู้ว่าจังไม่สามารถส่ง มอบอะไหล่เก่าที่ชำรุดให้กับผู้รับจ้างได้ หากผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าอะไหล่เพิ่มเติม

๔.๕ การบริการนี้ไม่รวมอะไหล่ที่โรงงานแจ้งหยุดการผลิต (End of Support) โดยผู้รับจ้างจะทำการ แจ้งให้ผู้ว่าจังทราบล่วงหน้า

๔.๖ ไม่รวมถึงการให้บริการดังต่อไปนี้ การจัดการด้านการป้องกันความปลอดภัย Cyber Security และ Operating Security Hot Fix, upgrade Software System Version (UI), upgrade Hardware System, upgrade Hardware ของ Image Computer System (ICS), Image Reconstruction system (IRS) และ Tablet หากจำเป็นต้องดำเนินการใดๆทางผู้รับจ้างจะเสนอราคามาให้ผู้ว่าจังพิจารณาอนุมัติก่อน ดำเนินการ

#### ๕. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลา ๑๐ เดือน ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

#### ๖. งบประมาณในการจัดจ้าง

วงเงินในการจัดหา ๑,๕๕๗,๑๖๔ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) เป็นราคาน้ำที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ ไว้แล้ว โดยแบ่งการชำระเงินออกเป็น ๓ งวด หลังจากการให้บริการ ในแต่ละครั้งเสร็จสิ้นลง

#### ๗. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลตำราวา

๘. การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

พ.ต.อ หญิง

พ.ต.ต.

ร.ต.ท.

(ชัยญา ภารศิริ)

(ธีระพันธ์ แสงสวี)

(ธนาธร สันติธรรม)