เลขที่ 59-007-01
รพ.ตร. อนุมัติ ลงวันที่ 14 มี.ค.59

คุณลักษณะเฉพาะ
กรรไกรตัดไหม (Operating scissors)

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ในการตัดไหมเย็บแผลสำหรับการผ่าตัด

2. ลักษณะทั่วไป

2.1 ผลิตจากเหล็กไม่เป็นสนิม (stainless steel)

2.2 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยการนึ่งที่อุณหภูมิ 134 องศาเซลเซียส หรือโดยวิธีการอบแก๊ส หรือวิธีการแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้

3. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

3.1 กรรไกรตัดไหมแบบ STANDARD

3.2 ปลายกรรไกรมีลักษณะต่างๆ กัน ได้แก่ ปลายแหลม/ป้าน ปลายแหลม/แหลม หรือ ปลายป้าน/ป้าน มีทั้งแบบชนิดปลายตรง หรือ ชนิดปลายโค้ง

3.3 ขนาดความยาวตั้งแต่ 11 - 20 เซนติเมตร ตามความต้องการผู้ใช้

4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

ไม่มี

5. การทดสอบและผล

พล.ต.ต.

5.1 ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ 2, 3 และ 4

5.2 ทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

6. ข้อกำหนดอื่นๆ

6.1 ผู้ขายมีใบแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต

6.2 รับประกันคุณภาพตามปกติของเครื่องมือเป็นระยะเวลา 2 ปี

6.3 ผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 13485

เห็นชอบ

พ.ต.อ. .....

(ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ)

นายแพทย์ (สบ ๕) หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.

ตามอนุมัติ พตร. ลง ๑ ก.ค.๖๓ ท้ายหนังสือ บก.อก.รพ.ตร.

ที่ ๐๐๓๖.๑๔๔/๑๔๙๐ ลง ๒๖ มิ.ย.๖๓ ให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะเดิม

อายุเกิน ๓ ปี

ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง

(นันฐ์ชนก พรหมภานุเสถียร)

ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร./

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ