

คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องมือคิบนเนื้อเยื่อในช่องหูแบบปลายแหลม ความยาว 90 มิลลิเมตร
(HARTMANN EAR FORCEPS 90 MM .)

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้เพื่อสำหรับคิบนเนื้อเยื่อในช่องหู

2. ลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือคิบนเนื้อเยื่อในช่องหู แบบปลายแหลม

3. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

- 3.1 ทำจากเหล็กไม่เป็นสนิม (Stainless Steel)
- 3.2 สามารถนำไปนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) ได้โดยไม่เสื่อมคุณภาพ
- 3.3 มีปลายปากแหลม
- 3.4 มีด้ามจับแบบกรรไกร
- 3.5 มีความยาวส่วนใช้งาน 90 มิลลิเมตร
- 3.6 ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 13485

4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

ไม่มี

5. การทดสอบและผล

- 5.1 ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ 2, 3 และ 4
- 5.2 ทำการทดสอบจนใช้งานได้

6. ข้อกำหนดอื่น ๆ


- 6.1 ผู้ขายต้องมีใบแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจากผู้ผลิตโดยตรง
- 6.2 รับประกันคุณภาพตามการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี และจะต้องมีอะไหล่ไว้บริการไม่น้อยกว่า 5 ปี

เห็นชอบ

พ.ศ.อ.

(สรรเพ็ชญ์ บุญวนิชย์)

นพ.(สบ5) หน.กลุ่มงานหู คอ จมูก รพ.ตร.



ตามอนุมัติ รอง พตร.ปรท.พตร. ลง ๑๘ เม.ย. ๖๖ ทำหนังสือ บก.อก.รพ.ตร.

ที่ ๐๐๓๖.๑๔๔/๑๕๙๑ ลง ๑๒ เม.ย. ๖๖ อนุมัติให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะเดิม อายุเกิน ๓ ปี



เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ