

เครื่องมือเกี่ยวเนื้อเยื่อในช่องหู ชนิดปลายทู่ ทำมุม 90 องศา

(DAY EAR HOOK 90 °)

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้เพื่อสำหรับเกี่ยวเนื้อเยื่อในช่องหู

2. ลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือเกี่ยวเนื้อเยื่อในช่องหู ชนิดปลายทู่

3. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

3.1 ทำจากเหล็กไม่เป็นสนิม (Stainless Steel)

3.2 สามารถนำไปนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) ได้โดยไม่เสื่อมคุณภาพ

3.3 มีปลายปากชนิดปลายทู่ ทำมุม 90 องศา

3.4 มีความยาวไม่น้อยกว่า 16 เซนติเมตร

3.5 ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 13485

4. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

ไม่มี

5. การทดสอบและผล

5.1 ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ 2, 3 และ 4

5.2 ทำการทดสอบจนใช้งานได้

6. ข้อกำหนดอื่นๆ

6.1 ผู้ขายต้องมีใบแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจากผู้ผลิตโดยตรง

6.2 รับประกันคุณภาพตามการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี และจะต้องมีอะไหล่ไว้บริการไม่น้อยกว่า 5 ปี



เห็นชอบ

พ.ศ.อ.

(สรรเพชญ์ บุญวนิชย์)

นพ.(สบ5) หน.กลุ่มงานหู คอ จมูก รพ.ตร.

ตามอนุมัติ รอง พตร.ปรท.พตร. ลง ๑๘ เม.ย. ๖๖ ทำหนังสือ บก.อก.รพ.ตร.
ที่ ๐๐๓๖.๑๔๔/๑๕๙๑ ลง ๑๒ เม.ย. ๖๖ อนุมัติให้ใช้คุณลักษณะเฉพาะเดิม อายุเกิน ๓ ปี

พ.ต.อ.หญิง

(สุจินดา วงศ์บุญรอด)

ผกก.กบ.บก.อก.รพ.ตร./

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ