

เลขที่ 66-05-09

รพ.ตร. อนุมติ ลงวันที่ 27 มี.ค. 66

คุณลักษณะเฉพาะ  
คีมตัดเนื้อในโพรงจมูก แบบเบลคลีย์

ขนาด ๓.๐ มิลลิเมตร ปลายเบี้ยน ๙๐ องศา

(Nasal Forceps by BLAKESLEY, ๙๐°, size ๓. mm.)

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ตัดเนื้อในโพรงจมูก ในการผ่าตัด

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นคีมตัดเนื้อในโพรงจมูก แบบเบลคลีย์

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ผลิตจากโลหะ ไม่เป็นสนิม (Stainless Steel)

๓.๒ ปลายตัดเบี้ยนทำมุม ๙๐ องศา

๓.๓ ปากขนาด ๓ มิลลิเมตร

๓.๔ ความยาวทั้งหมดไม่มากกว่า ๑๑๐ มิลลิเมตร

๓.๕ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยไอน้ำ (Autoclave) ได้ โดยไม่เสื่อมสภาพ

๓.๖ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๓๓๘๘

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ

- ไม่มี

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒ และ ๓

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

- เท็นชอบ

พ.ต.อ.

(สรรเพ็ชร์ บุณยวนิชย์)

นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงาน หู คอ จมูก

ปฏิบัติหน้าที่ หน.กลุ่มงานตา รพ.ตร.

