

ปากคีบจับกระจกตา แบบคาสโตรวีโจ ชนิดมีเขี้ยว ๑ x ๒ เขี้ยว ขนาด ๐.๑๒ มิลลิเมตร

(Castroviejo Suturing Forceps smooth ๖ mm platform,
oblique ๑ x ๒ teeth, ๐.๑๒ mm.)

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้คีบจับกระจกตา ในการผ่าตัด

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นปากคีบจับกระจกตา แบบคาสโตรวีโจ

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ผลิตจากโลหะ ไม่เป็นสนิม (Stainless Steel)

๓.๒ ปลายมีขนาด ๐.๑๒ มิลลิเมตร

๓.๓ เครื่องมือมีเขี้ยว ๑ x ๒ เขี้ยว

๓.๔ ความยาวทั้งหมดไม่มากกว่า ๑๑.๐ เซนติเมตร

๓.๕ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยไอน้ำ (Autoclave) ได้ โดยไม่เสื่อมสภาพ

๓.๖ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

- ไม่มี

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒ และ ๓

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

- เห็นชอบ

พ.ต.อ.

(สรรเพ็ชญ์ บุณยวนิชย์)

นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงาน หู คอ จมูก

ปฏิบัติหน้าที่ หน.กลุ่มงานตา รพ.ตร.

