

คุณลักษณะเฉพาะ
ด้ามแทงผ่านเนื้อเยื่อแบบ KOCHER



๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับแทงผ่านเนื้อเยื่อในการผ่าตัดทั่วไป

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นด้ามแทงผ่านเนื้อเยื่อแบบ KOCHER

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

- ๓.๑ ด้ามจับเป็นแบบแบน
- ๓.๒ มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร
- ๓.๓ ผลิตจากโลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel)
- ๓.๔ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยการนึ่งที่อุณหภูมิ ๑๓๔ องศาเซลเซียส หรือโดยวิธีการอบแก๊ส หรือวิธีการแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้
- ๓.๕ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน EC Certificate
- ๓.๖ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน EN ISO ๑๓๔๘๕

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

ไม่มี

๕. การทดสอบและผล

- ๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อย ตามข้อ ๒ , ๓ และ ๔
- ๕.๒ ทำการตรวจสอบจนสามารถใช้งานได้

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพใช้งานปกติเป็นเวลา ๒ ปี

เห็นชอบ

พ.ต.อ.

(จุมพฏ อรุณงศา)

นายแพทย์ (สบ ๕) หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ตร.