

คุณลักษณะเฉพาะ

ลวดถ่างเปลือกตา แบบบาราแควร์ สำหรับผู้ใหญ่ ใบถ่างกว้าง ๑๓ มิลลิเมตร

(Barraquer Wire Speculum, adult size, ๑๓ mm.wide)



๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ถ่างเปลือกตาผู้ใหญ่ ในการผ่าตัด

๒. ลักษณะทั่วไป

เป็นลวดถ่างเปลือกตา แบบบาราแควร์ สำหรับผู้ใหญ่

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ผลิตจากโลหะ ไม่เป็นสนิม (Stainless Steel)

๓.๒ ลวดถ่างมีความกว้างขนาด ๑๓ มิลลิเมตร

๓.๓ ความยาวทั้งหมดไม่มากกว่า ๔ เซนติเมตร

๓.๔ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้ด้วยไอน้ำ (Autoclave) ได้ โดยไม่เสื่อมสภาพ

๓.๕ ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

- ไม่มี

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒ และ ๓

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

รับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติ

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

- เห็นชอบ

พ.ศ.อ.

(สรรเพ็ชญ์ บุญยวนิชย์)

นายแพทย์ (สบ ๕) กลุ่มงาน หู คอ จมูก

ปฏิบัติหน้าที่ หน.กลุ่มงานตา รพ.ตร.